УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
РУП БПОВЦ
_____ В.А. Калевич
«19» 01 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств социальной реабилитации для инвалидов, выпускаемых и закупаемых Республиканским унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», и их особенности

Наименование и обозначение средств реабилитации	**Показатель возрастной группы**	**Технические характеристики средств реабилитации**				**Применяемость, показания к назначению, особенности**
		длина, не более, мм	ширина, не более, мм	ширина сиденья, не более мм	масса, не более, кг	
1	*2*	*3*				*4*
		3.1	*3.2*	*3.3*	*3.4*	
1. Кресло-коляска с электроприводом *(ТУ BY 100010315.058-2009)*						
1.1 Кресло-коляска с электроприводом: **ЦСИЕ.30.175.00.00.00**						Предназначена для самостоятельного передвижения пользователя с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным) с уклоном не более 6°. Оснащена - двумя электродвигателями и колесами с редукторами. Передвижение при отключенном электроприводе может осуществляться только сопровождающим лицом. Укомплектовано зарядным устройством
-01	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1070	672	460	61	
-02			700	488	62	
-03			607	395	60	
			637	425	60,5	
2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей *(ТУ BY 100010315.061-2009)*						
2.1 Кресло-коляска комнатное:						
ЦСИЕ.03.357.00.00.00						Предназначена для самостоятельного передвижения пользователя с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений или на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным) с уклоном не более 10°. Коляска складывается по ширине, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Коляска оснащена страховочным ремнем. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения 00, -01, -02, -03 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения -04, -05, -06, -07, -08 -колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1160	585	382	19,0	
-04			615	412	20,6	
-05			585	382	18,7	
			615	412	19,9	
-02	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1160	645	442	22,12	
-03			675	472	23,6	
-06			645	442	20,3	

-07			675	472	23,3	
-08			610	420	19,3	
ЦСИЕ.03.750.00.00.00			582	382	20,1	Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска складывается по ширине, укомплектована страховочным ремнем и противоопрокидывающими опорами. Подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки в сторону и установки ее на место, высота подножки регулируется. Подлокотники откидные и съемные. Задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения -01; -03; -05; -07 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения 00; -02; -04; -06 – колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	582	382	20,2	
-02			612	412	20,3	
-03			612	412	20,4	
-04	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	642	442	20,5	
-05			642	442	20,6	
-06			672	472	20,7	
-07			672	472	20,8	
ЦСИЕ.30.060.00.00.00			700	500	26,2	Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Подлокотники с боковинами откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – быстросъемные с полиуретановой шиной. Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине. Высота от пола до сиденья не более 525 мм.
-01	Для взрослых людей крупной комплекции (до 150 кг) Рост 158-190 см**	1170	720	520	26,4	
-02			750	550	26,6	
-03			780	580	26,8	
-04			800	600	27,0	
2.2 Кресло-коляска комнатное для детей КД **ОПИ-45.00.00.000**	для детей (до 50 кг) рост 100-120 см**	760	524	319	19	Для самостоятельного передвижения внутри помещений и на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Подножка сплошная, регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине, оснащена страховочным ремнем для туловища. Высота от пола до сиденья не более 435 мм.

2.3 Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой:

ЦСИЕ.03.298.00.00.00			590	382		Предназначена для самостоятельного передвижения пользователей внутри помещений. Коляска складывается по ширине, положение наклона спинки плавно регулируется с помощью маховиков, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Исполнения -00…-03 укомплектованы
-01	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1210	620	412	25	
-02			650	442		
-03			680	472		

-04			590	382		колесами с полиуретановой шиной; исполнения -04…-07 – колесами с пневматической шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-05		1210	620	412		
-06			650	442		
-07			680	472		
ЦСИЕ.03.800.00.00.00			577	382	23,5	Для самостоятельного передвижения внутри помещений. Коляска складывается по ширине, подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки в сторону и установки ее на место, высота подножки регулируется, подлокотники откидные. Коляска оснащена страховочным ремнем и механизмом противоопрокидывания. Для удобства транспортирования задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Наклон спинки регулируется при помощи ручек, связанных тросом с механизмом фиксации спинки. Исполнения -01;-03;-05;-07 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения -00;-02;04;-06 – колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**		577	382	23,6	
-02		1115	607	412	23,7	
-03			607	412	23,8	
-04	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**		637	442	23,9	
-05			637	442	24	
-06			667	472	24,1	
-07			667	472	24,2	
2.4 Кресло-коляска с судном КВ **ЦСИЕ.03.697.00.00.00**						Для самостоятельного передвижения внутри помещений и возможностью удовлетворения естественных надобностей (сиденье выполнено с гигиеническим отверстием и специальной емкостью). Кресло-коляска не складывается, но имеет разборную конструкцию для транспортирования. Угол наклона спинки и подножек не регулируется. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-01	для подростков и взрослых (до100 кг)		595	382	18,8	
-02	рост 158-190 см**	1100	625	412	19,2	
-03			655	442	19,6	
			685	472	20,6	

3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых
(ТУ BY 100010315.036-2009)

3.1 Кресло-коляска прогулочное ПрВ **ЦСИЕ.03.438.00.00.00**						Предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при самостоятельном перемещении по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса. Задние колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине. Высота от пола до сиденья не более 525 мм.
-01	для взрослых (до 100 кг)	1070	690	434	27,3	
-02	рост 158-185 см**		710	454	27,5	
			730	474	27,7	

3.2 Кресло-коляска прогулочное для взрослых ПрВ **ЦСИЕ.30.955.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для взрослых (до 100 кг)	1325	660 690 720 750	392 422 452 472	27 27,5 28 28,5	Предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при самостоятельном перемещении по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на задние ведущие колеса. Передние колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения.

4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых
(ТУ BY 100010315.063-2012)

4.1 Велоколяска прогулочная **ОПИ-74.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	1997	810	472	56	Предназначена для передвижения людей с нарушением опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным) с уклоном не более 10°. Коляска имеет ручной цепной привод на одно из задних колес.

5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей
(ТУ BY 100010315.063-2012)

5.1 Велоколяска рычажная прогулочная **ЦСИЕ.03.808.00.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	2020	814	467	55	Предназначена для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°.клона не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на задние колеса.
5.2 Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1630	544	310	29	Предназначена для передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°.клона не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на задние колеса. Изготавливается двух исполнений, различающихся по ширине.
5.3 Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00-01**	Для подростков (до 75 кг)	1630	604	370	31	

6. Коляска прогулочная для детей *(ТУ BY 100010315.071-2012)*

6.1 Кресло-коляска прогулочное для детей ПрД **ЦСИЕ.03.262.00.00.00** *(ТУ BY 100010315.036-2009)*	для детей (до 50 кг) рост 110-150 см **	810	609	309	21,1	Предназначена для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при самостоятельном перемещении по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса.

6.2 Кресло-коляска для детей больных ДЦП **ЦСИЕ.03.681.00.00.00**	для детей (до 50 кг) максимальный рост 135 см**	1255	613	330	17,6	Для самостоятельного передвижения только с сопровождающим лицом в помещении и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Складывается по высоте, используются четыре колеса с пневматическими шинами, сплошная подножка регулируется по высоте и углу наклона. Коляска комплектуется съемными боковыми упорами для головы, привязными ремнями для туловища, валиком для предотвращения скрещивания ног, навесом для защиты от осадков (тент) и дождевиком.
-01	максимальный рост 145 см**	1255	643	360	18,6	
-02	максимальный рост 155 см**	1350	683	400	22,6	
6.3 Кресло-коляска для детей больных ДЦП (рост до 145 см) **ЦСИЕ.03.271.00.00.00**	Для детей (до 50 кг) рост до 145 см**	910	670	350	25	Для самостоятельного передвижения только с сопровождающим лицом в помещении и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения. Сиденье и спинка съемные. Спинка регулируется по углу наклона, подножка регулируется как по высоте, так и по углу наклона, упоры для головы имеют возможность регулировки, как по высоте спинки, так и по ширине, ограничитель для разведения ног съемный. Высота от пола до сиденья не более 520 мм.

7. Кресло-коляска активного типа
(ТУ BY 100010315.060-2008)

7.1 Кресло-коляска активное КВ АК: **ЦСИЕ.03.481.00.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 150-176 см **	802	594…626	360	12,8	Предназначена для пользователей, ведущих активный образ жизни при самостоятельном перемещении внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10%. Коляска укомплектована задними колесами с пневматическими шинами. Обручи задних колес исполнений -04…-07 дополнительно оснащены силиконовым покрытием
-01			614…646	380	13,3	
-02			644…676	410	13,8	
-03			674…706	440	14,3	
-04			594…626	360	12,9	
-05			614…646	380	13,4	
-06			644…676	410	13,9	
-07			674…706	440	14,4	
7.2 Кресло -коляска активное КВ АК **ЦСИЕ.30.448.00.00.00**	для взрослых (до100кг) рост до 190 см	От 930 мм до 1045 мм	575…605	360	12,3	Предназначена для пользователей, ведущих активный образ жизни при самостоятельном перемещении внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10%. Регулировка баланса (положение задних колес). Коляска имеет прямой привод на задние ведущие
-01			595…625	380	13,0	

-02			615…645	400	13,7	колеса. Передние поддерживающие колеса поворотные. Коляски изготавливаются в пяти исполнениях, различающихся шириной сиденья.
-03			635…665	420	14,4	
-04			655…685	440	15,1	
-05			675…705	460	15,6	

8. Малогабаритная коляска
(ТУ BY 100010315.062-2011)

8.1 Коляска малогабаритная **ОПИ-37.00.000**	для взрослых (до 100 кг) рост 145-195 см **	485	375	Высота коляски: 250 мм	7,7	Для передвижения пользователей с двусторонней ампутацией нижних конечностей на уровне бедра на короткие расстояния по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Противопоказание – вычленение в тазобедренном суставе.

9. Кресло функциональное с судном
(ТУ BY 100010315.068-2010)

9.1 Кресло функциональное **ЦСИЕ.03.698.00.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см **	1060	534	382	18,2	Для сидения, перемещения сопровождающим лицом внутри помещений и удовлетворения естественных надобностей. Не складывается по ширине, угол наклона спинки и подножек не регулируется. Высота от пола до сиденья (520±10) мм.
-01			564	412	18,6	
-02			594	442	19,0	
-03			624	472	19,4	

10. Велосипед трехколесный для детей
(ТУ BY 100010315.064-2011)

10.1 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП в возрасте от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.689.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 100-130 см**	1197	550	Высота (760...860) мм	18,0	Для перемещения по площадкам с твердым покрытием и служит для общего физического развития и жизнедеятельности детей. Передвижение происходит за счет мускульной силы пользователя под надзором сопровождающего лица
10.2 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП с 8 лет (подростковый) **ЦСИЕ.03.690.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1610	610	Высота 980... 1065 мм	21,0	
10.3 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП старшего школьного возраста **ЦСИЕ.03.691.00.00.00**	для детей (до 75 кг) рост 145-175**	1850	760	Высота 1065... 1200 мм	32,5	

11. Подушка ортопедическая противопролежневая для сидения в инвалидной коляске и т.п.

11.1 Подушки ортопедические противопролежневые *ТУ BY 100010315.080-2021*	для взрослых	Подушка ортопедическая противопролежневая модель: ПП-1,ПП-2, ПП-3,ПП-4. Габаритные размеры подушек: 1) ПП-1: длина 370 ± 10мм; ширина 370 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 2) ПП-2: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 3) ПП-3: длина 420 ± 10мм; ширина 420 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. 4) ПП-4: длина 450 ± 10мм; ширина 420 ± 10мм; толщина 60 ±5 мм. Подушка ортопедическая противопролежневая с гелевыми элементами модель: ПГ-1, ПГ-2. Габаритные размеры подушек: ПГ-1: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 75 ±5 мм. ПГ-2: длина 400 ± 10мм; ширина 400 ± 10мм; толщина 40 ±5 мм.	Предназначены для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней, в том числе в инвалидном кресло -коляске. Предназначена для людей массой до - 120 кг Предназначены для людей с нарушением опорно – двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней, в том числе в инвалидном кресло - коляске. Предназначена для людей массой до - 120 кг.

12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года *(СТБ 932-3-2021)*

12.1 Чехол утепленный ПИО-32	для взрослых и детей	По индивидуальному заказу и серийно 6-ти типа-размеров. Примечание: при индивидуальном заказе необходимы замеры: рост человека и ширина сиденья кресло - коляски, при серийном - размер чехла	Размер 1- ширина сиденья - 300 мм; размер 2- ширина сиденья - 360 мм; размер 3- ширина сиденья - 380 мм; размер 4- ширина сиденья - 450 мм; размер 5- ширина сиденья - 500 мм; размер 6- ширина сиденья - 550 мм.	Изготавливается на искусственном меху, и предназначен для лиц, передвигающихся на кресло - коляске в осенне-зимний период.

13. Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске *(СТБ 932-3-2021)*

13.1 Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске **ПИО-31; ПИО-31-01; ПИО-31-02, ПИО-31-03; ПИО-31-04; ПИО-31-05**	для детей, подростков и взрослых	По индивидуальному заказу и серийно Примечание: необходимы замеры: ширины кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей	Используется при передвижении в коляске, для предохранения кожного покрова кистей, также, служит защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы

14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно -, трех -, четырех- опорная)

Трость одноопорная (СТБ 935-99)

14.1 Трость нерегулируемая по высоте, металлическая с механизмом противоскольжения ТНМ-МП **ОМ-0020.00.00;-01;…-19**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, с устройством противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм. Масса – от 0,47 кг до 0,56 кг. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и конструкции механизма противоскольжения (для исполнений - 00…-09 - выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -10…-19 - при помощи винта).
14.2 Трость нерегулируемая по высоте, стеклопластиковая, без механизма противоскольжения ТНС **ОПИ-27.00.00; -01…-09 (ТНС)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из стеклопластиковой трубы диаметром 18,5 мм, высотой 800 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1120 мм (соответственно 00…-09 исполнениям). Масса – от 0,35 кг до 0,42 кг Трость представляет собой стеклопластиковую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте.
14.3 Трость нерегулируемая по высоте, комбинированная с механизмом противоскольжения ТНК-МП **ОПИ-67.00.00; -01…-19 (ТНК-МП)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, комбинированная (верхняя часть стойки из трубы стеклопластиковой, нижняя – из алюминиевой трубы диаметром 22 мм), с устройством противоскольжения, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм. Масса – от 0,493 кг до 0,609 кг. Трость представляет собой комбинированную стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения (для исполнений - 00…-09 - выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -10…-19 - при помощи винта).
14.4 Трость регулируемая по высоте, металлическая, ТРМ **ОМ-0030.00.00 (ТРМ)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы диаметром 22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм. Масса не более 0,56 кг. Трость состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи фиксатора и уплотнительной втулки, на верхней стойке расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
14.5 Трость регулируемая по высоте, металлическая ТРМ **ОМ-0030.00.00-01; -02 (ТРМ-МП)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы диаметром 22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм. Масса не более 0,56 кг Трость состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи фиксатора и уплотнительной втулки, на верхней стойке расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник и механизм противоскольжения.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения (для исполнений -01 выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -02 - при помощи винта).

14.6 Трость нерегулируемая по высоте, металлическая, без механизма противоскольжения ТНМ **ЦСИЕ.03.605.00.00.00;…-09 (ТНМ)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм,865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм (соответственно исполнениям). Масса – от 0,33 кг до 0,41 кг. Трость представляет собой алюминиевую стойку, сверху которой расположена ручка, на нижнем конце стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении пожилых людей и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Трость трех - и четырех - опорная *(СТБ 1584-2005)*

14.7 Трость на трех опорах **Р ПЛ5** **ЦСИЕ.03.192.00.00.00; -01**	для взрослых	Трех опорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,6 кг и 1,3 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата за счет создания дополнительных точек опоры. Трость изготавливается двух исполнений, различающихся по применяемым материалам опоры: исполнение-00 - сталь, исполнение -01 - алюминий
14.8 Трость на четырех опорах **Р ПЛ5** **ОПИ-73.00.00; -01**	для взрослых	Четырехопорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,4 кг и 1,15 кг. Имеет регулировку по высоте телескопическим способом и перестановку Т-образной ручки под правую и левую руку.	

15. Трость ориентировочная (в комплекте с наконечниками) *(ТУ BY 100010315.067-2011)*

15.1 Трость тактильная ТТ **ЦСИЕ.03.224.00.00.00;…-15**	для взрослых и подростков	Изготавливается из алюминиевой трубы диаметром 14 мм, цельная, длиной 900…1250 мм через 50 мм . Исполнения различаются конструкцией формы ручки Масса от 0,258 до 0,315кг (для исполнений -00 до -06 и -14); Масса от 0,22 кг до 0,282кг (для исполнений -07 до -13 и -15).	Предназначены в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве, является средством подачи звуковых сигналов.
15.2 Трость тактильная складная ТТС **ЦСИЕ.03.606.00.00.00;…-10**		Изготавливается из алюминиевых трубок, длиной 907…1407 мм (через 50 мм), складывается в длину 223…323 мм (через 10 мм). Масса от 0,21 кг до 0,31 кг. Исполнения различаются длиной трости. Звенья изготовлены методом магнитоимпульсной штамповки.	Предназначены в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве, является средством подачи звуковых сигналов. В комплект поставки входит текстильный чехол и запасной наконечник

16. Костыли индивидуального использования *(СТБ 935-99),*
в том числе костыли локтевые *(СТБ 1214-2000)*

16.1 Костыль детский металлический, регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00 (КДМ)**	для детей	Металлический, регулируемый по высоте от 765 мм до 965 мм (через 25 мм), Длина костыля от 750 до 950 мм (рост от 115 до 135 мм). Без механизма противоскольжения Масса 0,5 кг. Костыль состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи крепежных элементов. В верхней части расположен подмышечник и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.2 Костыль детский металлический, регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00-01; -02 (КДМ-МП)**		Металлический, регулируемый по высоте от 865 мм от 965 мм (через 25 мм), Длина костыля от 850 до 950 мм (рост от 125 до 145 мм). С механизмом противоскольжения. Масса 0,57 кг. Костыль состоит из алюминиевых стоек, которые соединены между собой при помощи крепежных элементов. В верхней части расположен подмышечник и ручка, на нижнем конце опорной стойки крепится наконечник.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения: для исполнений -01 выдвигается при помощи кулачка, для исполнений -02 - при помощи винта

16.3 Костыль взрослый, металлический, регулируемый по высоте КВМ **ЦСИЕ.03.129.00.00.00; -02 (КВМ)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1102 мм до 1417 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост от 145 см до 177 см), Без механизма противоскольжения. Масса 0,92 кг и 1,10 кг. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнения 00; 22 мм – для исполнения -02,	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.4 Костыль взрослый металлический, регулируемый по высоте КВМ **ЦСИЕ.03.129.00.00.00-01;-03; - 04; -05. (КВМ-МП)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1177 мм до 1492 мм (через 35 мм), длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост человека от 153 см до 185 см), С механизмом противоскольжения. Масса 1,10 кг, 1,22 кг, 1,16 кг, 1,28 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 и -03-выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -04 и -05 - при помощи винта.
16.5 Костыль подростковый, металлический, регулируемый по высоте КПМ **ЦСИЕ.03.132.00.00.00; -02 (КПМ)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте от 1002 мм до 1107 мм (через 35 мм), длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост человека от 135 см до 145,5 см), без Без механизма противоскольжения. Масса 0,88 кг и 1,06 кг. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.6 Костыль подростковый, металлический, регулируемый по высоте КПМ **ЦСИЕ.03.132.00.00.00-01; -03; -04; -05 (КПМ-МП)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте от 1077 мм до 1182 мм (через 35 мм), длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост человека от 143 см до 153,5 см), С механизмом противоскольжения. Масса 1,06 кг, 1,18 кг, 1,15 кг, 1,24 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям. Диаметры труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений: в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 и -03-выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -04 и -05 - при помощи винта.
16.7 Костыль взрослый комбинированный, регулируемый по высоте **ЦСИЕ.03.133.00.00.00 (КВК)**	для взрослых	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), без устройства противоскольжения, регулируемый по высоте от 1102 мм до 1417 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост от 147 см до 182 см). Без механизма противоскольжения Масса 1,31 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.8 Костыль взрослый комбинированный, регулируемый по высоте **ЦСИЕ.03.133.00.00.00-01;-02 (КВК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), с механизмом противоскольжения, регулируемый по высоте от 1177 мм до 1492 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост от 154 см до 189 см). Масса 1,33 кг и 1,39 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 -выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -02 - при помощи винта.
16.9 Костыль подростковый, комбинированный, регулируемый по высоте **ЦСИЕ.03.134.00.00.00 (КПК)**	для подростков	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), регулируемый по высоте от 1002 мм до 1107 мм (через 35 мм), Длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост от 137 см до 147,5 см). Без механизма противоскольжения Масса 1,24 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

16.10 Костыль подростковый, комбинированный, регулируемый по высоте **ЦСИЕ.03.134.00.00.00-01;-02 (КПК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), регулируемый по высоте от 1077 мм до 1182 мм (через 35 мм), Длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост от 144 см до 154,5 см). С механизмом противоскольжения Масса 1,27 кг и 1,33 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений: в конструкции механизма противоскольжения для исполнений -01 -выдвигается при помощи кулачка; для исполнений -02 - при помощи винта.

Костыль локтевой *(СТБ 1214-2000)*

16.11 Костыль локтевой **ЦСИЕ.03.805.00.00.00 (КЛ)** **(КЛ-МПВ) -01**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1010 мм до 1310 мм (через 25 мм), длина нижней секции регулируется от 750 мм до 1000 мм. Длинна верхней секции регулируется от 240мм до 290мм. Масса 0,74 кг и 0,75 кг для исполнений -00 и -01 соответственно.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнение -01 имеет механизм противоскольжения, выдвигающийся при помощи винта
16.12 Костыль локтевой **ЦСИЕ.30.182.00.00.00;** **(КЛ-МПВ) -01**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 976 мм до 1251 мм (через 25 мм), длина нижней секции регулируется от 736 мм до 1011 мм. Масса 0,61 кг и 0,62 кг для исполнений -00 и -01 соответственно.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнение -01 имеет механизм противоскольжения выдвигающийся, при помощи винта. Верхняя секция костыля выполнена в виде специальной анатомической ручки.

16.13 Костыль локтевой

ЦСИЕ.30.184.00.00.00;

для взрослых

Металлический, нерегулируемый по высоте, длина нижней секции не регулируется

Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

	Длина, мм	Длина нижней секции, мм	Масса, кг
-01	1047	807	0,56
-02	1087	847	0,57
-03	1127	887	0,58
-04	1157	917	0,59
-05	1167	927	0,59
-06	1046	806	0,56
-07	1086	846	0,57
-08	1126	886	0,58
-09	1156	916	0,59
-10	1166	926	0,60
-11	1046	806	0,56
-12	1086	846	0,57
-13	1126	886	0,58
-14	1156	916	0,59
	1166	926	0,60

Различие исполнений:
Исполнения -00…-04 – без механизма противоскольжения.
Остальные исполнения наличием механизма противоскольжения и его конструкцией:
Исполнения -05…-09 – с механизмом противоскольжения, который выдвигается при помощи кулачка».
Исполнения -10…-14 – с механизмом противоскольжения, который выдвигается при помощи винта.

17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (ТУ BY 100010315.056-2011)

17.1 Ходунки для взрослых **ХДВ-120-02-00.10.00**	для взрослых рост 158-190см**	Ходунки с подмышечниками на четырех опорах качения, регулируемые по высоте ((1100…1310)±10) мм (через 30 мм). Снабжены опорой для предплечья, рукояткой для рук. Ширина (710±10) мм, длина (1050±10) мм, масса 20,5 кг. Подмышечники регулируются по высоте. Регулировка ширины между опор для предплечий (530…645) мм и подмышечников по ширине (380…495) мм бесступенчатая.	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.2 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции до 7 лет **ЦСИЕ.03.217.00.00.00**	для детей от 4 до 7 лет рост 95-125 см**	Ходунки на четырех опорах качения снабжены опорой для предплечья, подмышечниками с регулировкой по высоте (154…254) мм (через 15 мм), ремнем-подхватом для фиксации ног при ходьбе, столом. Ширина 640 мм, длина ((880…916)±10) мм, масса 14,5 кг. Регулировка ходунков по высоте бесступенчатая от (620±10) мм до (922±10) мм. Регулировка подмышечников (207…347) мм, опоры для предплечий (323…,485) мм по ширине бесступенчатая	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.3 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 1 года до 5 лет **ЦСИЕ.03.519.00.00.00**	для детей до 5 лет рост 75-115 см**	Ходунки из алюминиевых труб на опорах качения снабжены опорой туловища в виде обруча с регулировкой по высоте от 670 мм до 830 мм (через 20 мм) до подмышек, ручкой, регулируемой по длине, ремнем-подхватом и ограждением для предотвращения скрещивания ног при ходьбе. Ширина ходунков (520)±5) мм, максимальная длина 769 мм, масса 9,6 кг.	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и служат для самостоятельного передвижения внутри помещений
17.4 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 6 до 10 лет **ЦСИЕ.03.646.00.00.00**	для детей от 6 до 10 лет рост 120-140 см**	Ходунки имеют четыре опоры качения. Снабжены съемным столиком, регулируемым по высоте от 790 мм до 965 мм, ремнем-подхватом. Подмышечная опора в виде замкнутого прямоугольника, регулируется по высоте от (810±10) мм до (1010±10) мм. Регулировка ходунков по высоте ((890…1065)±10) мм. Ширина ходунков (646±10) мм, длина (1050±10) мм, масса 14,5 кг	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.5 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.151.00.00.00**	для детей от 5 до 10 лет рост 105-130 см**	Ходунки, регулируемые по высоте от 470 мм до 590 мм (через 25 мм), изготавливаются из алюминиевой трубы, без опор качения. Длина ((412…461) ±15) мм, ширина ((440…477))±15) мм, масса 1,6 кг.	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.6 Ходунки трехколесные с тормозами **ЦСИЕ.03.233.00.00.00**	для взрослых и подростков рост 158-190 см**	Ходунки оснащены тормозами, регулируются по высоте бесступенчато за счет выдвижных ручек от (750±10) мм до (980±10) мм. Ширина ходунков (687±10) мм, длина ((565…642)±10) мм, масса 8 кг	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений.
17.7 Ходунки с подмышечниками **ЦСИЕ.03.212.00.00.00; -01**	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки снабжены четырьмя опорами качения. Регулировка подмышечников до 160 мм от исходного положения (через 20 мм), стойки – до 120 мм (высота от пола до рукояток от 783 мм до 903 мм). Минимальная высота ходунков 1200 мм, максимальная – 1460 мм (регулировка через 20 мм).	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и самостоятельного перемещения внутри помещений. Различие исполнений – по ширине и длине.

<table>
<tr><td></td><td>-</td><td>Исполнение -00: ширина ходунков (720±10) мм, длина (745±10) мм, масса 12,3 кг
Исполнение -01: ширина ходунков (690±10) мм, длина (735±10) мм, масса 12,0 кг.</td><td></td></tr>
<tr><td>17.8 Ходунки 4-х колесные с тормозами

ЦСИЕ.30.215.00.00.00;-01</td><td>для взрослых рост 158-190 см**</td><td>Два задних колеса снабжены тормозами. Имеется сиденье для отдыха, упор для спины, съемная корзина для вещей.
В ходунках исполнения -00 имеется складная подножка.
Регулировка по высоте (772…926)±10) мм. Ширина (608±10) мм, длина ((661…869)±10)) мм, масса 13 кг и 12,2 кг</td><td>Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и для самостоятельного перемещения внутри помещений, и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным).
В ходунках:
исполнение -00 имеется складная подножка и возможность переустановки положения упора для спины (спереди или сзади ходунков).
исполнение -01 отсутствует подножка; упор для спины устанавливается только спереди. Высота от пола до сиденья (520±10) мм.</td></tr>
<tr><td>17.9 Ходунки с опорой на предплечье, складные, на опорах качения

ЦСИЕ.03.335.00.00.00</td><td>для взрослых рост 158-190 см**</td><td>Ходунки имеют два поворотных и два неповоротных колеса. Опора для предплечья регулируется по высоте (970…1200) мм. Имеется сиденье для кратковременного отдыха и крючки для перевозки малогабаритного груза. Ходунки складываются по ширине. Минимальная высота ходунков 1092 мм, максимальная – 1322 мм, ширина (636±10) мм, длина (805…895) мм, масса 13,8 кг. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая</td><td>Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения при ходьбе и для самостоятельного перемещения внутри помещений, и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтным).</td></tr>
<tr><td>17.10.Ходунки регулируемые, складные

ЦСИЕ.30.600.00.00.00…-02</td><td>для взрослых</td><td>Основные параметры:
<table>
<tr><td>Исполнение</td><td>Длина, ±10 мм</td><td>Ширина, ±10 мм</td><td>Масса, кг</td></tr>
<tr><td>-00</td><td>464…495</td><td>587…607</td><td>2,9</td></tr>
<tr><td>-01</td><td>476…507</td><td>632…653</td><td>3,1</td></tr>
<tr><td>-02</td><td>464…495</td><td>587…607</td><td>3</td></tr>
</table>
Регулировка по высоте ступенчатая с шагом 25 мм.</td><td>Служат для облегчения ходьбы пользователя при самостоятельном перемещении внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым). Ходунки изготавливают из круглых труб. Состоят из четырех опор со ступенчатой регулировкой по высоте. Для удобства хранения и транспортирования ходунки могут складываться по ширине.
Различие исполнений -00 и -01 состоит в использовании разных опор. Ходунки исполнения -02 имеют функцию «шагания», которая может быть, при необходимости, заблокирована с помощью двух фиксаторов из комплекта поставки.</td></tr>
<tr><td colspan="4">18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску
(ТУ BY 100010315.075-2015)</td></tr>
<tr><td>18.1 Стол съемный для кресла-коляски
ЦСИЕ.10.003.00.00.00…-07

(применяемость - см. Приложение 1)</td><td>для взрослых</td><td>Длина – ((696…887) ±5) мм,
высота – ((158…175±5) мм.
Размеры столешницы, не более:
ширина – 602 мм, длина 502 мм.
Масса, не более 3,8 кг.
Максимальное выдвижение стола, установленного на коляску должно составлять не более 887 мм. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.</td><td>Предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло-коляску комнатную взрослую, подростковую или кресло-коляску с судном при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Различие исполнений–в зависимости от ширины сиденья кресла -коляски, на которую устанавливается стол.</td></tr>
</table>

18.2 Стол съемный для кресла -коляски **ЦСИЕ.03.717.00.00.00**	для детей	Длина – (707±5) мм, высота – (151 ±5) мм. Размеры столешницы, не более: ширина – 522 мм, длина 502 мм. Масса, не более 3,6 кг. Максимальное выдвижение стола, установленного на коляску должно составлять не более 709 м. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.	Вспомогательное техническое средство и предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло -коляску комнатную для детей при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Стол используется совместно с креслом - коляской комнатной для детей **ОПИ-45.00.00.00**
18.3 Стол съемный для кресла-коляски **ЦСИЕ.03.718.00.00.00**	для детей	Длина – (705±5) мм, высота – (172±5) мм. Размеры столешницы, не более: ширина – 522 мм, длина 502 мм. Масса, не более 3,6 кг. Максимальное выдвижение стола, установленного на коляску должно составлять не более 709 мм. Положение отмечено ограничительными метками на раме. Столешница имеет ограничительные планки для предотвращения падения предметов с поверхности стола.	Вспомогательное техническое средство и предназначено для обслуживания пользователей с ограниченными возможностями, использующих кресло-коляску для детей больных ДЦП при приёме пищи, чтении, письме и других работах, выполняемых в домашних условиях. Стол используется совместно с креслом-коляской для детей больных ДЦП (рост до 145 см) **ЦСИЕ.03.271.00.00.00**

19. ***Стул для детей со спинномозговой патологией*** *(СТБ 1594-2005)*

19.1 Стульчик для детей, начинающих ходить	для детей	Снабжен валиком для разведения ног, регулируемой бесступенчато подножкой по высоте и углу наклона, страховочным ремнем, поворотными колесными опорами с тормозным механизмом			Предназначен для детей со спинномозговой патологией при эксплуатации в помещении. Различие исполнений по ширине сиденья и высоте спинки. Масса пользователя не более 50 кг	
	рост, см:	Ширина сиденья, мм	Высота (H±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина, (B±10) мм	
15.99.033.00.00.000	89-104	280	670	470	360	Исполнения: -03,-04,-05 оснащены поворотными колесными опорами с тормозным механизмом
-01	81-97	280	580	406	360	
-02	76-91	240	480	380	320	
-03	89-104	280	746	524	428	
-04	81-97	280	656	460	428	
-05	76-91	240	556	434	418	
19.2 Стул для занятий **15.99.034.00.00.000;** **-01** Исполнения оснащены поворотными колесными опорами с тормозным механизмом **-02** **-03**	для детей рост 104 -163 см	370	859 1050 858 1049	753 753 789 789	510	Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотник и подножка регулируются по высоте, изменением угла наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона - бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног

<table>
<tr>
<td>19.3 Стул для занятий

ЦСИЕ.03.202.00.00.00;

-01

Исполнения оснащены поворотными колесами:

-02

-03</td>
<td>Для

детей

рост
104-163 см</td>
<td>Основные параметры:
<table>
<tr><td></td><td>Высота, ±10 мм</td><td>Ширина, ±10 мм</td><td>Длина, ±10 мм</td></tr>
<tr><td>-00</td><td>859</td><td rowspan="4">560</td><td rowspan="4">847</td></tr>
<tr><td>-01</td><td>1050</td></tr>
<tr><td>-02</td><td>858</td></tr>
<tr><td>-03</td><td>1049</td></tr>
</table>
Ширина сиденья – 370 мм.
Масса -19 кг (исполнения 00 и -02)
Масса 20 кг (исполнения 01 и -03)
Масса пользователя, не более 50 кг</td>
<td>Предназначен для детей со спинномозговой патологией при эксплуатации в помещении. Различие исполнений – по высоте спинки, количеством упоров и оснащении поворотно колесными опорами с тормозным механизмом.
Исполнения 00 и -02 имеют два упора, исполнения 01 и -03 имеют четыре упора. Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотники и подножка регулируются по высоте, и изменяется угол наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона – бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Снабжен съемным столиком, установленным на подлокотниках.</td>
</tr>
<tr>
<td>19.4 Стул для детей с ДЦП

БРС 11.00.00.000

Исполнение оснащено пятью поворотными колесными опорами с тормозным механизмом:
БРС 11.00.00.000-01</td>
<td>для детей
рост
до 112 см</td>
<td>На спинке расположены регулируемые ограничители головы с обеих сторон. Подножка регулируется по высоте и углу наклона. Ширина (520±5) мм, длина (700…810±10) мм, высота (830…900)±10) мм,
Масса- 20,5 кг.
Ширина сиденья – 340±5 мм.
Масса пользователя, не более 50кг

Длина – (670…780±10)мм
Ширина – (520±5) мм;
Высота – (900…970±10) мм
Ширина сиденья -340 мм
Масса -21,5 кг.
Масса пользователя, не более 50кг.</td>
<td>Предназначен для детей, больных детским церебральным параличом, для удержания их в сидячем положении (преимущественно до 6 лет). Снабжен регулируемыми элементами: спинкой с регулируемым углом наклона, подлокотниками, подножкой, сиденьем, абдуктором, упорами для головы, страховочными ремнями. Все элементы стульчика регулируются бесступенчато. На регулируемые подлокотники устанавливается съемный столик. Стул оснащен двумя транспортировочными колесами для его перемещения
Наличие пяти поворотных колес с тормозами позволяет перемещение стула вместе с пользователем</td>
</tr>
<tr>
<td>19.5 Стульчик со столиком для занятий

ЦСИЕ.30.510.00.00.00

-01

-02</td>
<td>для
детей
(до 50 кг)
Рост до 160 см</td>
<td>Основные параметры:
Длина (1265±10) мм,
Высота (1280±20) мм
Ширина (550±5) мм,
Ширина сиденья 300 мм
Масса 17 кг
Масса пользователя не более 25 кг

<u>Исполнение -01:</u>
Длина (1265±10) мм,
Высота (1330±20) мм
Ширина (600±5) мм,
Ширина сиденья 350 мм
Масса 20кг
Масса пользователя не более 50 кг

<u>Исполнение -02:</u>
Длина (1265±10) мм,
Высота (1380±20) мм
Ширина (650±5) мм,
Ширина сиденья 400 мм
Масса 23кг
Масса пользователя не более 50кг</td>
<td>Техническое средство реабилитации детей, больных детским церебральным параличом, используемое в жилых помещениях и общественных зданиях, доступных для инвалидов (домах инвалидов, домах ребенка, в больницах и реабилитационных центрах и т. д.), с целью приобретения навыков для обеспечения жизнеспособности в условиях ограничения жизнедеятельности. Предназначен для детей и имеет спинку с регулируемым углом наклона. Подлокотники и подножка регулируются по высоте. Регулировка подножки по высоте – бесступенчатая, по углу наклона регулируется от 0° до 90°. Стул имеет съемный столик, установленный на подлокотниках и мягкие элементы (подушка сиденья и спинки). Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Стул оснащен поворотными колесными опорами с тормозами для удобства передвижения.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>19.6 Стульчик напольный (рост пользователя до 130 см) ПД-СЭ-ПЭ

ЦСИЕ.30.580.00.00.00</td><td>для детей (от 1 до 5 лет) Рост до 130 см</td><td>Основные параметры:
Длина – ((605...665) ±10) мм;
Высота – (632...763) ±10) мм;
Ширина – (480±5) мм;
Масса – не более 10 кг.

Масса пользователя не более 50 кг.</td><td>Предназначен для детей со спинномозговой патологией и устанавливается на пол. Оснащён мягкими элементами (сиденье, спинка и подголовник). Укомплектован страховочными ремнями (с возможностью переустановки по высоте и изменением длинны ремней), а также абдуктором для разведения ног с возможностью регулировки положения по глубине и подголовником регулирующимся по высоте и оснащён поворотными колесными опорами с тормозом.</td></tr>
<tr><td colspan="4">20. Приспособления для удержания в стоячем и (или) в сидячем положении детей со спинно-мозговой патологией (СТБ 1594-2005), в том числе опора для ползания (ТУ 100010315.090-2022)</td></tr>
<tr><td>20.1 Стенд-стойка

ЦСИЕ.03.140.00.00.00</td><td>для детей рост 105-130 см**</td><td>Высота (786…986) мм,
Длина 744 мм,
Ширина 620 мм,
Масса 25 кг.
Все опоры регулируются по высоте.
Регулировка упора грудного отдела через
15 мм.
Остальные подвижные узлы регулируются бесступенчато.</td><td>Стойка предназначена для фиксации в положении «стоя» детей, больных ДЦП в возрасте от 4 до 12 лет при помощи опор на грудной и спинной отделы, тазобедренные и коленные суставы. Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях. Снабжена регулируемым по высоте столиком.</td></tr>
<tr><td>20.2 Стенд-стойка для детей с ДЦП

ЦСИЕ.30.645.00.00.00

-01

-02

-03</td><td>для детей (до 50 кг)**</td><td>Основные параметры:
<table><tr><td></td><td>Высота, ±10 мм</td><td>Ширина, ±10 мм</td><td>Длина, ±10 мм</td></tr><tr><td>-00</td><td>705…905</td><td>400</td><td>686</td></tr><tr><td>-01</td><td>855…1125</td><td>460</td><td>782</td></tr><tr><td>-02</td><td>1005…1345</td><td>580</td><td>914</td></tr><tr><td>-03</td><td>1005…1345</td><td>630</td><td>914</td></tr></table>Параметры пользователя:
<table><tr><td></td><td>Рост, см</td><td>Возраст, лет</td></tr><tr><td>-00</td><td>90-120</td><td>1-6</td></tr><tr><td>-01</td><td>115-150</td><td>6-10</td></tr><tr><td>-02</td><td>140-180</td><td>11-16</td></tr><tr><td>-03</td><td>140-180</td><td>11-16</td></tr></table><u>Масса стенд стойки, не более:</u>
Исполнение -00 – 12 кг;
Исполнение -01 – 14 кг;
Исполнение -02, – 15 кг;
Исполнение -03 – 16 кг;</td><td>Рекомендуется для фиксации в положении «стоя» детей, подростков, у которых обнаружено: детский церебральный паралич – различные формы; расщепление позвоночника; повреждения головного и спинного мозга – различной этиологии; демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и др.); заболевания мышц, протекающие с парезами и параличом; генетические синдромы, протекающие с парезами конечностей; после черепно-мозговой травмы, травмы позвоночника, спинного мозга и нижних конечностей.
Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в домашних условиях.</td></tr>
<tr><td>20.3 Столик с подъемником универсальный (для детей дошкольного возраста)
СО60.1.000.00</td><td>для детей рост 100-120**</td><td>Ширина (646±10) мм,
длина (1250±10) мм,
высота (1310±10) мм,
масса 40 кг.
Масса пользователя, не более 50 кг (Возрастная группа от 3 до 6 лет)</td><td>Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях при эксплуатации в помещении.</td></tr>
</table>

20.4 Столик с подъемником универсальный (для детей младшего школьного возраста) **СО60.2.000.00**	для детей рост 115-165**	Ширина (720±10) мм, длина (1450±10) мм, высота (1710±10) мм, Масса 43 кг. Масса пользователя, не более 75 кг (Возрастная группа от 6 до 14 лет)	Стол служит для фиксации в вертикальном положении пользователя с опорой на спину. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками, ремень для ног. Для удобства положения платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90° от вертикального положения. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом
20.5 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей дошкольного возраста) **СО60.3.000.00**	для детей рост 100-120**	Ширина (585±10) мм, длина (1035±10) мм, высота (1160±10) мм, Масса пользователя, не более 50 кг (Возрастная группа от 3 до 6 лет)	Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях при эксплуатации в помещении. Служит для фиксации в вертикальном положении пользователя с опорой на грудную клетку. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками, ремень для ног. Для удобства положения платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90° от вертикального положения. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом
20.6 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей младшего школьного возраста) **СО60.4.000.00**	для детей рост 115-165**	Ширина 790 мм, длина (1185±10) мм, высота (1384±10) мм, Масса 38 кг. Масса пользователя, не более 75 кг (Возрастная группа от 6 до 14 лет)	

20.7 Сиденье угловое напольное **15.99.035.00.000**	для детей рост до:	Исполнение -02 дополнительно оснащено поворотными колесными опорами с тормозным механизмом Масса пользователя не более 50кг				Предназначено для детей со спинномозговой патологией. Устанавливается на пол Снабжено страховочным ремнем, мягкими элементами и валиком для разведения ног
		Ширина сиденья, мм	Высота, (H±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина, (B±10) мм	Масса, не более, кг
-01	94 см	340	380	390	435	3,6
-02	117	390	580	440	490	5,3
	117см	390	640	440	530	6,8

Опоры для ползания *(ТУ 100010315.090-2022)*

20.8 Опора для ползания **ЦСИЕ.30.809.00.00.00**	Для детей (от 1 до 5 лет)	Габаритные размеры, не более: - длина – 640 мм; - ширина – 640 мм; - высота – 310 мм. Угол наклона ложа – не более 25°. Масса изделия – не более 3,5 кг. Номинальная нагрузка (масса пользователя) – 20 кг.	Предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми и отработки навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП. Изделие представляет собой основание на самоцентрирующихся колёсиках с тормозами, на которое закреплены вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений корпуса ребёнка. Опора изготовлена из металлических труб.
20.9 Опора для ползания **ЦСИЕ.30.911.00.00.00**	Для детей (от 1 до 4 года)	Габаритные размеры, не более: - длина – 620 мм; - ширина – 600 мм; - высота – 410 мм. Угол наклона ложа – не более 30°. Масса опоры – не более 5,5 кг. Номинальная нагрузка (масса пользователя) – не более 25 кг.	Предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми и отработки навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП. Опора изготовлена из фанеры. Оснащена поворотными колёсами. Задняя пара колёс оснащена тормозами. Опора оснащена фиксатором для тела.

21. Система противопролежневая (ТУ BY 100010315.079-2022)

21.1 Система противопролежневая **ЦСИЕ.30.865.00.00.00**	для взрослых	- Габаритные размеры матраца, не более: 2850x920x75 мм, - Количество ячеек: 130 шт., - Длительность одного цикла: 5-7 мин., - Производительность насоса (компрессора): 3-7 л/мин., - Диапазон рабочего давления воздуха: 4-19 кПа, - Максимальный вес пользователя: 120 кг, - Режим работы: непрерывный, - Потребляемая мощность: не более 10 Вт, - Класс безопасности: Класс II, - Защита от электричества: Тип BF, - Вес брутто: не более 3,2 кг, - Вес нетто: не более 2,9 кг.	Предназначена для уменьшения давления на точки пережатия путем распределения веса лежащего человека при длительном постельном режиме по большой поверхности с целью обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней. Предотвращение образования пролежней обеспечивается за счет массажного эффекта, который активирует движение крови в слоях эпидермиса. Если пролежни уже образовались, изделие ускорит процесс выздоровления и улучшит терапевтический эффект. Изделие полезно пользователям, у которых имеются проблемы с позвоночником. Изделие состоит из матраца ячеистого (далее - матрац); насоса и шланга для подачи воздуха.

22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская») (СТБ 1426-2003)

22.1 Перекладина подъемная к кровати металлической:		Крепится к спинке кровати. Ширина – 900 мм, высота – 1500 мм.			
		Длина, мм		Масса, кг	
ОПИ-101.00.00	для взрослых	2328		15,90	Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу
-01		2318		15,85	
-02		2268		15,81	
-03		2268		15,82	
-04		2228		15,74	
-05		2208		15,00	
-06		2228		15,74	
-07		2128		14,78	
-08		2268		15,87	
22.2 Перекладина подъемная к кровати деревянной:		Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм.			Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу
		Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг	
ОПИ-103.00.00	Для взрослых	2520	958	38,2	
-01		2370	1118	35,8	
-02		2370	848	32,9	
-03		2370	748	31,7	
-04		2340	1468	38,4	
-05		2300	1378	37,8	
-06		2300	1156	35,3	
-07		2300	1115	35,2	
-08		2300	1136	37,0	

-09		2300	958	36,7	
-10		2300	718	32,2	
-11		2240	1048	34,0	
-12		2210	1088	33,8	
-13		2370	768	32,8	
-14		2370	1048	33,6	
-15		2170	1848	41,2	
-16		2200	898	32,4	
22.3 Перекладина подъемная к кровати деревянной: **ОПИ-103.00.00М**	для взрослых	Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм, ширина регулируется от 958 мм до 1408 мм; длина регулируется от 2150 мм до 2550 мм. Масса, не более 40 кг			Предназначена для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота на кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов. Регулируется (ступенчато) по ширине и длине в зависимости от габаритных размеров кровати больного.

23. Столик прикроватный *(ТУ BY 100010315.054-2010)*

23.1 Столик прикроватный **7800-0162.00.00**	для взрослых, подростков и детей	Длина – (812±5) мм, Высота – ((671…971)±5) мм, Ширина - (398±5) мм Регулировка высоты стола ступенчатая с шагом 50 мм	Предназначен для обслуживания больных с заболеванием опорно-двигательного аппарата и оснащения клиник, использования в домашних условиях. Столик снабжен колесиками для перемещения, имеет регулировку по высоте.

24. Приспособление кроватное опорное *(СТБ 1426-2003)*

24.1 Приспособление кроватное опорное **ЦСИЕ.03.156.00.00.00**	для взрослых и детей	Регулировка угла наклона 30°, 45°, 60° и 75°. Длина – (608±5) мм, ширина – 806 мм, Масса – 3,5 кг.	Применяется для поддержания туловища и головы в фиксированном положении лежа на кровати и предназначено для пользователей с ограничениями жизнедеятельности.

25. Поручни для туалета, ванной и душевой *(СТБ 1426-2003)*

25.1 Поручень к унитазу **ОПИ-110.00.00; -01**	для взрослых и детей	Исполнение правое и левое. Крепится с одной или с двух сторон унитаза. Длина – (547±8) мм, ширина – (235±10) мм, высота – (752±3) мм, масса - 4,6 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления при посадке и вставании с унитаза.
25.2 Поручень к раковине **ОПИ-87.00.00**	для взрослых и детей	Крепится с двух сторон раковины. Длина – (452±3) мм, высота – (325±10) мм, Масса – 2,1 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления при умывании и крепится к стене.
25.3 Поручень поворотный для ванны **ОПИ-99.00.00**	для взрослых и детей	Длина – 825 мм Ширина – 481 мм Масса не более 3,85 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления для ванной комнаты. Крепится на стену в ванной, располагается вдоль стены. При использовании поворачивается перпендикулярно ванне и фиксируется.

25.4 Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых **ОПИ-98.00.00;-01**	для взрослых и детей	Ширина сиденья – 490 мм, масса – 10,1 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления для душевых комнат при умывании и крепится к стене. Предназначен для людей с ограничениями жизнедеятельности. Сиденье при необходимости откидывается параллельно стене. Для дополнительной опоры совместно с сиденьем на стены крепятся поручни. Исполнение-01 поручнем не комплектуется
25.5 Поручень **ЦСИЕ.03.710.00.00.00** **-01** **-02** **-03** **-04**	для взрослых и детей	Длина, мм / Масса, кг 345 / 0,65 450 / 0,81 575 / 1,00 1075 / 1,73 750 / 1,25	Предназначен в качестве опорного приспособления при ходьбе в помещениях, имеет опоры для крепления к стене и устанавливается в различных помещениях.
25.6 Поручень в коридор* **ЦСИЕ.03.711.00.00.00**	для взрослых и детей	Длина поручня – согласно индивидуальному заказу. Минимальный размер поручня 2078 мм.	Предназначен в качестве опорного приспособления при ходьбе в помещениях, имеет опоры для крепления к стене и устанавливается в различных помещениях.
25.7 Поручень поворотный настенный **ЦСИЕ.31.500.00.00.00**	для взрослых и детей	Габаритные размеры, не более: - длина – 820 мм; - ширина – 120 мм; - высота – 215 мм (при повороте - максимальная высота (834±10) мм). Масса – не более 3 кг. Номинальная нагрузка – не более 120 кг.	Предназначен для обеспечения опоры человека с ограниченными физическими возможностями при вставании и передвижении. Изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для монтажа на ровных поверхностях стен. Может устанавливаться внутри помещений жилых, общественных и административно - бытовых зданий.
25.8 Поручень **ЦСИЕ.31.590.00.00.00…-02**	для взрослых и детей	Основные параметры: Длина, ±10 мм / Ширина, ±10 мм / Масса, не более кг 00: 491 / 273,5 / 1 -01: 690,5 / 357 / 1,4 -02: 890 / 440,5 / 1,73 Высота – (80±5) мм Максимальная нагрузка на поручень – не более 50 кг;	Применяется в качестве вспомогательного опорного приспособления для пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Изготавливается из металлической трубы и имеет опоры для крепления к стене в ванной комнате, коридорах, на лестницах и в других помещениях

***26. Приставка к унитазу** (СТБ 1426-2003)*

26.1 Приставка к унитазу **ЦСИЕ.03.168.00.00.00; -01**	для взрослых	Длина – (420±10) мм, ширина – (520±10) мм, высота – (700±10) мм и (750±10) мм, Масса – 4,7 кг и 4,9 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления при пользовании унитазом и предназначено для пользователей с ограничениями жизнедеятельности. Различие исполнений – по высоте

***27. Сиденье для ванны** (СТБ 1426-2003)*

27.1 Сиденье для ванны **ЦСИЕ.03.169.00.00.00; -01**	для взрослых и детей	Устанавливается в ванну. Длина – (495±5) мм, ширина – (678±5) мм и (766±5) мм, высота – (300±5) мм, Масса 5,5 кг и 5,62 кг.	Применяется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Различие исполнений – по ширине. Сиденье и спинка изготавливаются из пиломатериалов лиственных пород.

27.2 Сиденье для ванны **ЦСИЕ.03.720.00.00.00**	для взрослых и детей	Устанавливается в ванну. Длина – (450±3) мм, ширина – (676±5) мм, высота – (303,5±3) мм, масса – 4,9 кг.	Применяется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Сиденье и спинка изготавливаются из высокопрочных полимеров.

***28. Приспособление для туалета для взрослых** (СТБ 1426-2003)*

28.1 Приспособление для туалета (для взрослых)	для взрослых	Ширина – (368±5) мм.		Предназначено для использования в туалетах, не оборудованных унитазами для людей с ограничениями жизнедеятельности	
		Длина, (L±5) мм	Высота, мм	Масса, не более, кг	Различие исполнений - по высоте
ЦСИЕ.03.171.00.00.00		483	500	2,3	
-01		490	540	2,4	
-02		500	600	2,5	

***28.2 Приспособление для туалета для взрослых складное** (СТБ 1426-2003)*

28.2 Приспособление для туалета для взрослых складное **ЦСИЕ.31.080.00.00.00**	для взрослых	Габаритные размеры: - длина – (573…579 ± 10) мм; - ширина – (592 ± 10) мм; - высота – (673…794) ± 10 мм. Ширина сиденья – 400 мм. Длина сиденья - 400 мм. Высота от пола до сиденья – (390…515) мм. Масса – не более 9 кг. Масса пользователя (номинальная нагрузка) – не более 100 кг.	Предназначено для удовлетворения естественных надобностей в имеющуюся ёмкость больных и престарелых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для использования в туалетах, не оборудованных унитазами. Особенности конструкции: возможность регулировки высоты; наличие подлокотников, обеспечивающих удобное вставание; расположение ножек под небольшим углом, обеспечивающих устойчивость на поверхности пола; складная модель удобна в использовании, мобильна, легко чистится и дезинфицируется.

***28.3. Приспособление для туалета со спинкой** (СТБ 1426-2003)*

28.3 Приспособление для туалета со спинкой	для взрослых	Ширина – (453±10) мм.		Предназначено для установки над унитазом или другими санитарными емкостями в квартирах или медицинских учреждениях	
		Длина, (L±10) мм	Высота, (±10), мм	Масса, не более, кг	Используется при пользовании туалетом для облегчения присаживания и вставания пользователей с патологией коленных и тазобедренных суставов.
ЦСИЕ. 30.365.00.00.00		501	799	4,5	
-01		510	849	4,8	

***29.Приспособление для туалета для детей** (СТБ 1594-2005)*

29.1 Стульчик для туалета (рост от 97 до 122 см) **ЦСИЕ.03.367.00.00.00**	для детей рост от 97 см до 122 см	Высота, не более, 900 мм, Длина, не более, 880 мм. Ширина, 470 мм Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 332 мм.	Масса, не более 11,5 кг	Предназначен для детей со спинномозговой патологией и размещения в нем пользователя для выполнения естественных надобностей. Может использоваться в лечебных или профилактических учреждениях, а также в домашних условиях. Стульчик включает в себя раму с сиденьем, спинкой, подножкой, подлокотниками и съёмной санитарной ёмкостью. Для ограничения перемещения и фиксации элементов тела пользовате-
29.2 Стульчик для туалета (рост от 112 до 139 см) **ЦСИЕ.03.368.00.00.00**	для детей рост от 112 см до 139 см	Высота, не более 980, мм, Длина, не более, 940 мм Ширина,470 мм Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 380 мм.	Масса, не более, 13,5 кг	

29.3 Стульчик для туалета (рост от 127 до 160 см) **ЦСИЕ.03.369.00.00.00**	для детей рост от 127 см до 160 см	Высота – 1250 мм, Длина, 1130мм Ширина, 590 мм. Высота сиденья от пола регулируется от 345 мм до 465 мм.	Масса не более, 15,5 кг	ля предусмотрены страховочные ремни и боковые ограничители. Комплектуется съёмным столом, а также мягкой подушкой на спинку

30. Приспособление для купания детей (СТБ 1426-2003)

30.1 Приспособление для купания детей с ДЦП **ЦСИЕ.03.886.00.00.00…-02**	для детей (до 50кг) рост до: 92 см	Устанавливается вовнутрь ванны Длина, не более, : исполнение -00 -792 мм, исполнение-01- 1006 мм, исполнение -02 -1222 мм	Предназначено для обслуживания пользователей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при личной гигиене в ванной. Каркас изготовлен из труб из полимерных материалов; спинка и сиденье - обтянуты водоотталкивающей тканью (баннером).

	Глубина сиденья, ±5 мм	Ширина сиденья, мм	Высота спинки, ±5 мм	Длина, не более, мм
00	220	298	520	792
-01	300	334	660	1006
-02	370	352	810	1222

30.2 Приспособление для купания детей с ДЦП (Рост пользователя до 140 см) **ЦСИЕ.30.544.00.00.00**	для детей (до 50кг)	Габаритные размеры: - длина – (935…1460) ± 10 мм; - ширина – (413 ± 10) мм; - ширина сиденья – (382 ± 10) мм; - глубина сиденья – (250…330) мм. - высота спинки – (320…425) мм. Масса – не более 3,6 кг;	Приспособление состоит из алюминиевых труб, обтянутых тканью (банером) с регулировкой угла наклона сиденья

31. Ступеньки к ванне (СТБ 1426-2003)

31.1 Ступеньки к ванне **ЦСИЕ.03.891.00.00.00**	Для взрослых и детей	Устанавливается перед ванной. Длина – 430 мм, ширина – 385 мм, высота – 175,5 мм, масса – 3 кг.	Служат для облегчения подъема в ванну больных и инвалидов. Изготавливаются из алюминиевых труб диаметром 25 мм и пиломатериалов лиственных пород.
31.2 Ступенька к ванне **ЦСИЕ.03.892.00.00.00**	Для взрослых и детей	Устанавливаются перед ванной. Длина – (658±10) мм, ширина – (385±10) мм, высота – (326±10) мм, масса – 5,5 кг.	
31.3 Ступенька к ванне с поручнем **ЦСИЕ.31.291.00.00.00**	Для взрослых и детей	Основные параметры ступеньки: длина - 444 мм, ширина - 417 мм, высота – 857,5 мм, масса – 3,4 кг. Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.	Предназначена для взрослых и детей и используется для облегчения подъёма в ванну больных и людей с ограниченными возможностями. Изготавливается из алюминиевых труб и пиломатериалов.
31.4 Ступенька к ванне с поручнем **ЦСИЕ.31.292.00.00.00;-01**	Для взрослых и детей	Основные параметры ступеньки: - длина – 731,5 мм, - ширина - 444 мм, - высота – 857,5 мм, - масса – 5,7 кг. Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.	Предназначены для взрослых и детей и используются для облегчения подъёма в ванну больных и людей с ограниченными возможностями. Изготавливается из алюминиевых труб и пиломатериалов в двух исполнениях: ЦСИЕ. 31.292.00.00.00 – под правую руку, ЦСИЕ. 31.292.00.00.00-01 – под левую руку.

32. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания) *(СТБ 932-1-2021)*

32.1 Протез основной на верхнюю и нижнюю конечность	Для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При ампутации верхних и нижних конечностей различных уровней
32.2 Протез лечебно-тренировочный на верхнюю и нижнюю конечность			Для формирования культи и стабилизации размеров, обучения пользованию протезом.
32.3 Протез рабочий на верхнюю конечность	Для взрослых	По индивидуальным заказам	Для выполнения определенных видов работ на производстве и в быту
32.4 Протез рабочий на нижнюю конечность			Для удобства перемещения во время производственной деятельности
32.5 Протез для купания на нижнюю конечность			Для принятия водных процедур в протезе

33. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля , ортез для обучения ходьбе и др. изделия)

33.1 Аппараты верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для восстановления или обеспечения двигательных функций, разгрузки, фиксации в приданном положении ортопедической коррекции верхних и нижних конечностей
33.2 Ортезы верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для изменения структурных и функциональных характеристик нервно - мышечной и скелетных систем и обеспечивающие в зависимости от медицинских показаний ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию , активизацию двигательных функций , косметичность верхних и нижних конечностей
33.3 Туторы верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для жесткой фиксации суставов и (или) сегментов конечности, их частичной разгрузки в приданном положении коррекции и (или) обеспечения косметичности верхних и нижних конечностей
33.4 Наколенник ПИО-03 *СТБ 932-3-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного

			сустава
33.5 Обувные вставки, в том числе:	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	
33.5.1 Вкладное ортопедическое приспособление при дефектах переднего отдела стопы *ТУ РБ 03198611.005-94*			При поперечной (длинной, средней) или продольной культе стопы
33.5.2 Вкладной ортопедический туфелек. *ТУ РБ 03198611.005-94*			При поперечной (длинной, средней) или продольной культе стопы
33.5.3 Вкладной ортопедический башмачок *ТУ РБ 03198611.005-94*			При поперечной (средней, короткой) или продольной культе стопы
33.6 Сапожки Дикуля *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Предназначены для перевода пациентов в вертикальное положение и обучения ходьбе при переломе грудного и поясничного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, при спастической диплегии и плегии нижних конечностей
33.7 Ортез для обучения ходьбе *ТУ BY 100010315.082-2022*	Для детей	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размер ортеза определяется по размерным признакам ребенка: рост, обхват груди, размер обуви и размерным признакам взрослого: рост, обхват груди, размер обуви. Коэффициент соотношения веса взрослого и ребенка должен быть не менее 2.2, рост взрослого должен быть больше роста ребенка не менее 25-30 см, рост ребенка не более 134 см, вес ребенка не более 25кг.	Предназначен для фиксации тела ребенка в вертикальном положении и для обучения (восстановления) навыков ходьбы, тренировки навыков удержания равновесия при нервно-мышечных заболеваниях у детей, сопровождающихся нижним парапарезом.

34 Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса радикулитные, бандажи ортопедические поддерживающие на туловище и другие изделия)

34.1 Корсеты, в том числе:			
34.1.1 Корсеты фиксирующие из различных материалов *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
34.1.2 Лечебный корсет-грация *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
34.1.3Корсет текстильный высокий комбинированный *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
34.1.4 Корсет-бандаж текстильный высокий комбинированный *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
34.1.5 Корсет-бандаж *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
34.1.6 Корсеты функционально-коррегирующие, коррегирующие из различных материалов *СТБ 932-2-2021*			Для фиксации позвоночника при консервативном лечении
34.1.7 Корсет-головодержатель, головодержатель *СТБ 932-2-2021*		По индивидуальным заказам	При врожденной мышечной кривошее при лечении консервативными и хирургическими методами, нарушениях мышечного равновесия в шейном отделе, после травм шейного отдела позвоночника

34.2 Реклинаторы *СТБ 932-2-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно (с 1 по 7 размер)	Для пациентов с начальными формами нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций
34.3 Пояс радикулитный ПИО-21 *ТУ РБ 03198611.006-94;*	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении 0 по 14 размер	При остеохондрозе, затихшем туберкулезе позвоночника, неспецифическом спондилите и спондилоартрозе, болевых ощущениях, парезе мышц брюшной стенки и других патологических состояниях
34.4 Пояса - ремни фиксирующие на различные отделы позвоночника *СТБ 932-3-2021*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
34.5 Бандажи ортопедические поддерживающие на туловище *ТУ BY 100010315.078-2022*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	Предназначены для поддержания туловища при различных заболеваниях позвоночника и для профилактики послеоперационных осложнений.Бандажи класса компрессии не имеют.

35. Протезы молочной железы с лифами

35.1 Экзопротезы молочной железы ПМЖ *ТУ BY 100010315.089-2021*	для взрослых	С 0 по 12 размер	После мастэктомии
35.2 Экзопротезы молочной железы облегченные ПМЖ – ОБ *ТУ BY 100010315.089-2021*	для взрослых	С 0 по 12 размер	После мастэктомии
35.3 Экзопротез молочной железы облегченный спортивный *ТУ BY 100010315.087-2021*	для взрослых	С 0 по 07 размер	После мастэктомии. Рекомендуется при занятиях спортом, в том числе плавании
35.4 Лиф-бюстгальтер для крепления экзопротеза молочной железы, лиф-полуграция для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно	Для крепления экзопротезов молочной железы

36 Купальник (купальный костюм) для крепления экзопротеза молочной железы

36.1 Купальник для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ* BY 100010315.093-2022	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно	Для крепления экзопротезов молочной железы
36.2 Купальный костюм для крепления экзопротеза молочной железы *ТУ* BY 100010315.093-2022			

37 Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей (абдукционные трусики, распорки, шины и др. изделия)

37.1 Абдукционные трусики *СТБ 932-3-2021*	для детей	По индивидуальным заказам и серийно : ПИО - 05 (размер XXS - 4XL), ПИО-03 (размер XXS - 7XL	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.2 Стремянка при врожденном вывихе бедра *СТБ 932-3-2021*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.3 Шина МНИИТО *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.4 Шина Виленского *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам и серийно (13 размеров)	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.5 Шина Ситенко *СТБ 932-3-2021*	Для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.6 Абдукционная подушка Фрейка *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам и серийно (размер XXS-7XL)	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.7 Распорка с креплением *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам. Выпускается - 14 размеров	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей

37.8 Ортез для лечения дисплазии тазобедренных суставов у детей *СТБ 932-3-2021*	для детей	По индивидуальным заказам и серийно (размеры XXS- M)	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.9 Распорка регулируемая *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам и серийно (размер S, M, L)	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
37.10 Аппарат Мирзоевой *СТБ 932-3-2021*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей

37.11 Устройство для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 *СТБ 932-3-2021*	для детей	Устройство включает металлический каркас, к которому крепятся детские ортопедические ботиночки. Регулируется угол положения ботиночек по шкалам, нанесенным на подстопниках устройства. Ботиночек имеет специальное отверстие для наблюдения положения стопы ребенка			Используется в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте.	
		Размеры без ботинок, мм		Масса, кг	Расстояние разведения ног, мм	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00		Длина	Ширина			
-01		240…295	100	0,50	187…240	
-02		280…335	100	0,57	227…283	
-03		320…375	115	0,63	267…323	
		360….417	115	0,70	307…365	

38. Спецрукавицы (спецперчатки)

35.1Спецрукавицы (спецперчатки) при ампутациях и дефектах кистей *ТУ BY 100010315.065-2010*	для взрослых	По индивидуальным заказам	Предназначены для лиц с протезами верхних конечностей или деформированными кистями рук

39. Ортопедическая обувь, стельки ортопедические

39.1 Ортопедическая обувь *ТУ BY 100010315.076-2019*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При деформациях и дефектах стоп, на протез.
39.2 Профилактическая обувь* *ТУ BY 100010315.076-2019*	для взрослых	По типоразмерам половозрастных групп	В целях предупреждения развития патологических отклонений в стопе и защиты от статических нагрузок

39.3 Стельки ортопедические* (*СТБ 933-2008*	и детей	По индивидуальным заказам, по типоразмерам половозрастных групп	При патологических отклонениях стоп или в целях предупреждения развития таких отклонений

40 Изделия бандажные (бандажи: лечебный, почечный, для больных с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой паховопупочный, ортопедические на нижние конечности, ортопедические на верхние конечности, пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения и др.изделия)

40.1 Бандаж лечебный *СТБ 958-2008*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При опущении внутренних органов, при вентральных послеоперационных грыжах
40.2 Бандаж лечебный почечный *СТБ 958-2008*			При опущении почек, почечно - каменной болезни, опухолях, пиелитах, послеоперационных грыжах и неокрепших рубцах
40.3 Бандаж лечебный при искусственном анусе *СТБ 958-2008*			В послеоперационный период для больных с искусственным анусом
40.4 Бандаж лечебный женский *СТБ 958-2008*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При опущении органов малого таза, стенок влагалища, выпадении матки
40.5 Бандаж послеоперационный *СТБ 958-2008*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно (размеры XS-4XL)	В послеоперационный период при наличии неокрепших послеоперационных рубцов, рубцов после вторичного заживления ран с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов, при обширных грыжах брюшной стенки.
40.6 Бандаж грыжевой паховый *СТБ 958-2008*		По индивидуальным заказам и серийно (размеры XXS - L)	При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон.
40.7 Бандаж –пояс лечебный грыжевой пупочный *СТБ 958-2008*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно (размеры 0 - 8)	Для удержания пупочной и вентральной грыжи.
40.8 Бандаж грыжевой паховопупочный двусторонний *СТБ 958-2008*	Для взрослых	По индивидуальным заказам	При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон в сочетании с пупочной (вентральной) грыжей.

40.9 Бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения *СТБ 958-2008*	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно (размеры 0 - 8)	При возникновении расхождения костей лонного сочленения (симфеза), при травмах таза с нарушением целостности тазового кольца
40.10 Бандаж дородовый *СТБ 958-2008*	для взрослых	По индивидуальным заказам	В период беременности для предупреждения излишнего растяжения мышц брюшной стенки
Бандаж - пояс дородовый* *СТБ 958-2008*		По индивидуальным заказам и серийно (разм. 1-5)	
40.11 Бандаж послеродовый* *СТБ 958-2008*	для взрослых	По индивидуальным заказам и серийно (разм.0-6)	В послеродовый период для поддержания растянутых мышц брюшной стенки, для ускорения сокращения мышц
40.12 Бандажи ортопедические на нижние конечности *ТУ BY 100010315.077-2022*	Для взрослых и детей	По индивидуальным заказам и серийно. При серийном изготовлении размеры: XS, S, M, L, XL, XXL	Предназначены для обеспечения ограничения нефизиологических движений суставов нижних конечностей с целью их фиксации и поддержания их в покое. Бандажи класса компрессии не имеют.

41. Изделия ортопедические (обтураторы ,спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижней конечности, суспензорий)

41.1 Спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей *СТБ 932-3-2021*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При двусторонней ампутации нижних конечностей, в случае противопоказаний к протезированию, также к протезам при двусторонней экзалькуляции в тазобедренных суставах
41.2 Чулки-ползунки *СТБ 932-3-2021*	для взрослых и детей		При наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих устранению
41.3Приспособление для поддержания нижней конечности *СТБ 932-3-2021*			Для разгрузки тазобедренного сустава с целью создания условий для формирования головки тазобедренного сустава.

41.4 Стяжки* *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам и серийно десяти размеров (XXXS - 4XL)	Для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения распластанности, а также до- и после- хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей и др.
41.5 Подушки абдукционные * *СТБ 932-3-2021*		По индивидуальным заказам и серийно универсального размера	Для поддержания и отведения плечевого сустава после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече, вывихе плеча, артрозе, миозите, при ушибах, повреждении связок и др.
41.6 Суспензорий *ТУ РБ 03198611.009-96*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При пахово-мошоночных грыжах (не вправляемых) варикоцеле и др.
42. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов			БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счёт закупки у сторонних организаций
42.1 Захват для надевания рубашек (одежды)	для взрослых и детей		При выраженных нарушениях статодинамической функции одной верхней конечности при: выраженном парезе верхней конечности; деформации верхней конечности (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы); ампутации верхней конечности
42.2 Захват для надевания носков	для взрослых и детей		При выраженных нарушениях способности к самообслуживанию: затруднены или невозможны наклоны туловища вперед
42.3 Приспособления для застегивания пуговиц			При нарушении моторики пальцев рук
42.4 Захват активный			При стойко выраженных, значительно выраженных нарушениях статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом коляской, ходунками)
42.5 Захват для удержания посуды			При умеренных и выраженных нарушениях статодинамической функции обеих верхних конечностей, выраженные нарушения статодинамической функции одной верхней конечности
42.6 Специальный захват для открывания банок, бутылок			При нарушении моторики пальцев рук

42.7 Специализированные вилка, ложка, нож			При умеренных, выраженных, значительно выраженных нарушениях моторики пальцев и кистей обеих верхних конечностей

Примечания:
***) Выпускаемые технические средства социальной реабилитации не предусмотрены для выдачи на льготных условиях согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1722 от 11.12.2007 г.**
****) Справочно.**

Приложение 1

Обозначение стола	Ширина сиденья кресла коляски, мм	Применяемость
ЦСИЕ.10.003.00.00.00	380	ЦСИЕ.03.357.00.00.00 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.298.00.00.00 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.697.00.00.00, ЦСИЕ.03.698.00.00.00
-01	410	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-01
-02	440	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-02, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-02
-03	470	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-03
-04	380	ЦСИЕ.03.750.00.00.00 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.800.00.00.00 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-01
-05	410	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-03
-06	440	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-05
-07	470	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-07

Заместитель генерального
директора-главный инженер РУП БПОВЦ И.В. Холопица

Начальник КО с ОП С.А. Бриков

Начальник ТО Н.Ю. Барсукова