УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер РУП БПОВЦ

_____ И.В. Холопица

«10» февраля 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств социальной реабилитации для инвалидов, выпускаемых и закупаемых Республиканским унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», и их особенности

Наименование и обозначение средств реабилитации	Показатель возрастной группы	Технические характеристики средств реабилитации				Применяемость, показания к назначению, особенности
		длина, не более, мм	ширина, не более, мм	ширина сиденья, мм	масса, не более, кг	
1	*2*	*3*				*4*
		3.1	*3.2*	*3.3*	*3.4*	
1. Кресло-коляска с электроприводом *(ТУ BY 100010315.058-2009; РУ № ИМ-7.107091 до 20.11.2023 г.)*						
1.1 Кресло-коляска с электроприводом: **ЦСИЕ.30.175.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1070	672 700 607 637	460 488 395 425	61 62 60 60,5	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием с уклоном не более 10 %. Оснащена - двумя электродвигателями и колесами с редукторами. Перемещение при отключенном электроприводе может осуществляться только сопровождающим лицом.Укомплектовано зарядным устройством
2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, подростков и детей *(ТУ BY 100010315.061-2009; РУ № ИМ-7.107228/1905 до 28.05.2024 г.),* ***в том числе универсальное для взрослых, подростков и детей*** *(ТУ BY 100010315.059-2009; РУ № ИМ-7.95009/1808 до 30.08.2023г.)*						
2.1 Кресло-коляска комнатная:						
- ЦСИЕ.03.357.00.00.00 **-01** **-04** **-05**	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1160	585 615 585 615	382 412 382 412	19,0 20,6 18,7 19,9	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %. Коляска складывается по ширине, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Коляска оснащена страховочным ремнем. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения 00;-01;-02 и -03 укомплектованы колесами с
-02 **-03**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1160	645 675	442 472	22,12 23,6	

-06 **-07**			645 675	442 472	20,3 23,3	пневматической шиной; исполнения -04;-05;-06,-07 - колесами с полиуретановой шиной.Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
- ЦСИЕ.03.750.00.00.00 **-01** **-02** **-03**	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	582 582 612 612	382 382 412 412	20,1 20,2 20,3 20,4	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %. Коляска складывается по ширине, укомплектована страховочным ремнем и противоопрокидывающим и опорами. Подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки в сторону и установки ее на место, высота подножки регулируется. Подлокотники откидные и съемные. Задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Исполнения -01;-03;-05 и -07 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения 00;-02;-04 и -06 – колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-04 **-05** **-06** **-07**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	642 642 672 672	442 442 472 472	20,5 20,6 20,7 20,8	
ЦСИЕ.30.500.00.00.00 **-01** **-02** **-03** **-04** **-05** **-06** **-07** **-08** **-09**	для взрослых (до 100кг)	1095	600 625 650 675 700 600 625 650 675 700	375 400 425 450 475 375 400 425 450 465	18,2 18,8 19,4 20,0 20,5 18,2 18,8 19,4 20,0 20,5	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 % Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Подлокотники с боковинами откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – быстросъемные с полиуретановой шиной.Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине, изготавливаются десяти исполнений,отличающихся шириной спинки и сиденья.Кроме того, исполнения 00-04 оснащены ручными тормозами для сопровождающего.Высота от пола до сиденья не более 520 мм. **Комплектация импортная.Индивидуальный заказ невозможен.**
ЦСИЕ.30.060.00.00.00 **-01** **-02** **-03**	Для взрослых (до 150 кг) Рост 158-190 см	1150	700 720 750 780	500 520 550 580	26,2 26,4 26,6 26,8	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 % Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса – поворотные. Подлокотники с боковинами откидные. Подножки

-04			800	600	27,0	изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса – быстросъемные с полиуретановой шиной.Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине .Высота от пола до сиденья не более 525 мм.
2.2 Кресло-коляска комнатная для детей (рост до 120 см) **ОПИ-45.00.00.000**	для детей (до 50 кг) рост 100-120 см**	760	524	314	19	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине. Высота от пола до сиденья не более 435 мм.
2.3 Кресло-коляска для детей больных ДЦП (рост до 145 см) **ЦСИЕ.03.271.00.00.00** *(ТУ BY 100010315.071-2012; РУ № ИМ-7.99225/1805 до 18.05.2023 г.)*	Для детей (до 50 кг) рост 125- 145 см**	910	670	350	25	Для передвижения с сопровождающим. Складывается по ширине для удобства транспортирования и хранения. Сиденье и спинка съемные. Спинка регулируется по углу наклона, подножка регулируется как по высоте, так и по углу наклона, упоры для головы имеют возможность регулировки, как по высоте спинки, так и по ширине, ограничитель для разведения ног съемный. Высота от пола до сиденья (470±5) мм.
2.4 Кресло-коляска универсальное КУн **ЦСИЕ.03.451.00.00.00** **-01** **-02** **-03** *(ТУ BY 100010315.059-2009; РУ № ИМ-7.95009/1808 до 30.08.2023 г.)*	для взрослых и подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	995…1040	600 600 625 625	397 397 427 427	21,5 21,5 23,0 23,0	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %.Исполнения -00 и -02 укомплектованы колесами с полиуретановой шиной; исполнения -01 и -03 – колесами с пневматической шиной. Коляска складывается по ширине. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
2.5 Кресло-коляска комнатное с откидной спинкой:						
ЦСИЕ.03.298.00.00.00 **-01** **-02** **-03** **-04**	для взрослых и подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1210	590 620 650 680 590	382 412 442 472 382	25	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %. Коляска складывается по ширине, положение наклона спинки плавно регулируется с помощью

-05 **-06** **-07**			620 650 680	412 442 472		маховиков, подножка сплошная, ее высота регулируется, подлокотники съемные. Исполнения -00…-03 укомплектованы колесами с полиуретановой шиной; исполнения -04…-07 – колесами с пневматической шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
ЦСИЕ.03.800.00.00.00 **-01** **-02** **-03**	для подростков (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	577 577 607 607	382 382 412 412	23,5 23,6 23,7 23,8	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 %. Коляска складывается по ширине, подножка изготовлена в виде «ласт» с возможностью поворота в горизонтальной плоскости и возможностью быстрого отворота подножки в сторону и установки ее на место, высота подножки регулируется, подлокотники откидные. Коляска оснащена страховочным ремнем и механизмом противоопрокидывания. Для удобства транспортирования задние колеса быстросъемные. Сиденье оснащено подушкой. Наклон спинки регулируется при помощи ручек, связанных тросом с механизмом фиксации спинки. Исполнения: -01;-03;-05;-07 укомплектованы колесами с пневматической шиной; исполнения -00;-02;04;-06 – колесами с полиуретановой шиной. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
-04 **-05** **-06** **-07**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см**	1115	637 637 667 667	442 442 472 472	23,9 24 24,1 24,2	
2.6 Кресло-коляска с судном КВ **ЦСИЕ.03.697.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для подростков и взрослых (до100кг) рост 158-190 см**	1100	595 625 655 685	382 412 442 472	18,8 19,2 19,6 20,0	Для передвижения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10 % с возможностью удовлетворения естественных надобностей. Высота от пола до сиденья не более 530 мм.
3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых *(ТУ BY 100010315.036-2009; РУ № ИМ-7.96340/1808 до 30.08.2023.)*						

3.1 Кресло-коляска прогулочное ПрВ **ЦСИЕ.03.438.00.00.00** **-01** **-02**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	1070	690 710 730	424 444 464	32	Для передвижения по дорогам с твердым или грунтовым покрытием с углом уклона не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса. Задние колеса – поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подножка регулируется по высоте. Коляска складывается по ширине.
4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых *(ТУ BY 100010315.063-2012 РУ № ИМ-7.99397/1801 до 15.01.2023г.)*						
4.1 Велоколяска **ОПИ-74.00.00** **-01**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	1987	800	475	56	Для передвижения на значительные расстояния по дорогам с твердым или грунтовым покрытием с углом уклона не более 10°. Коляска имеет ручной цепной привод на одно из задних колес. *Примечание- велоколяска ОПИ-74.00.00-01 (с левосторонним приводом) изготавливается только по индивидуальному заказу.*
5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей *(ТУ BY 100010315.063-2012 РУ № ИМ-7.99397/1801 до 15.01.2023 г.)*						
5.1 Велоколяска рычажная **ЦСИЕ.03.808.00.00.00**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-185 см**	2020	810	455	55	Для передвижения по дорогам с твердым или грунтовым покрытием с углом уклона не более 10°. Коляска имеет рычажный привод на задние колеса.
5.2 Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1630	544	310	29	
5.3Велоколяска рычажная прогулочная для детей и подростков **ЦСИЕ.03.178.00.00.00-01**	Для подростков (до 75кг)	1630	604	370	31	
6. Коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП) *(ТУ BY 100010315.071-2012; РУ № ИМ-7.99225/1805 до 18.05.2023 г.)*						
6.1 Кресло-коляска для детей больных ДЦП **ЦСИЕ.03.681.00.00.00**	Для детей (до 50 кг): Рост до 135 см**	1255	613	330	17,5	Складывается по высоте, используются четыре колеса с пневматическими шинами, сплошная подножка регулируется по высоте и углу наклона. Коляска комплектуется

-01 **-02**	рост до 145 см ** рост до 155см**	1255	643 683	360 400	18,6 22,6	съемными боковыми упорами для головы, привязными ремнями для туловища, валиком для предотвращения скрещивания ног, навесом для защиты от осадков (тент).
6.2 Кресло-коляска прогулочное для детей **ЦСИЕ.03.262.00.00.00** *(ТУ BY 100010315.036-2009; РУ № ИМ-7.96340/1808 до 30.08.2023 г.)*	для детей (до 50 кг) рост 110-150 см **	805	609	304	22	Для передвижения по дорогам с твердым или грунтовым покрытием с углом уклона не более 10 %. Коляска имеет рычажный привод на передние ведущие колеса.
7. Кресло-коляска активного типа *(ТУ BY 100010315.060-2008; РУ № ИМ-7.107740 до 23.08.2024 г.)*						
7.1 Кресло-коляска активное КВ АК: **ЦСИЕ.03.481.00.00.00** **-01** **-02** **-03** **-04** **-05** **-06** **-07**	для взрослых (до 100 кг) рост 150-176 см **	802	594…626 614…646 644…676 674…706 594…626 614…646 644…676 674…706	360 380 410 440 360 380 410 440	12,8 13,3 13,8 14,3 12,9 13,4 13,9 14,4	Для инвалидов, ведущих активный образ жизни для самостоятельного перемещения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Коляска укомплектована задними колесами с пневматическими шинами. Обручи задних колес исполнений -04…-07 дополнительно оснащены силиконовым покрытием.
7.2 Кресло -коляска активное КВ АК **ЦСИЕ.30.448.00.00.00** -01 -02 -03 -04 -05	Для взрослых (до100кг) Рост до 190 см	930	587 607 627 647 667 687	360 380 400 425 440 460	12,3 13,0 13,7 14,4 15,1 15,6	Для инвалидов, ведущих активный образ жизни для самостоятельного перемещения внутри помещений и по дорогам с твердым покрытием (плиточным, бетонным, асфальтовым) с уклоном не более 10°. Регулировка баланса (положение задних колес) Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса поворотные. Коляски изготавливаются в пяти исполнениях, различающихся шириной сиденья коляски.
8. Малогабаритная коляска *(ТУ BY 100010315.062-2011647; РУ № ИМ-7.97843/1609 до 02.09.2021 г.)*						
8.1 Коляска малогабаритная **ОПИ-37.00.000**	для взрослых (до 100 кг)	485	375	Высота коляски:	7,7	Для передвижения инвалидов с двусторонней ампутацией нижних конечностей на уровне бедра для поездок на короткие

	рост 145-195 см **			250 мм		расстояния по дорогам с твердым покрытием. Противопоказание – вычленение в тазобедренном суставе.
9. Кресло функциональное с судном *(ТУ BY 100010315.068-2010;РУ№ ИМ-7.96990/2012 -бессрочно)*						
9.1 Кресло функциональное **ЦСИЕ.03.698.00.00.00** **-01** **-02** **-03**	для взрослых (до 100 кг) рост 158-190 см **	1010	534 564 594 624	382 412 442 472	18,2 18,6 19,0 19,4	Для сидения, передвижения с сопровождающим внутри помещений и удовлетворения естественных надобностей. Не складывается по ширине, угол наклона спинки и подножек не регулируется. Высота от пола до сиденья (520±10) мм.
10. Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 16 лет, страдающих детским церебральным параличом *(ТУ BY 100010315.064-2011; РУ № ИМ-7.97990/2011 - бессрочно.)*						
10.1 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП в возрасте от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.689.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 100-130 см**	1200	550	Высота 760...860 мм	18,0	Для перемещения по дорогам с твердым покрытием для общего физического развития и жизнедеятельности детей.
10.2 Велосипед трехколесный для детей с ДЦП с 8 лет (подростковый) **ЦСИЕ.03.690.00.00.00**	для детей (до 50 кг) рост 120-155 см**	1500	610	Высота 980... 1065 мм	21,0	
10.3 Велосипед трехколес-ный для детей с ДЦП старшего школьного возраста **ЦСИЕ.03.691.00.00.00**	для детей (до 75 кг) рост 145-175**	1850	760	Высота 1065... 1195 мм	32,5	
11. Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной коляске						
11.1 Подушка противопролежневая	для взрослых					БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счет закупки у сторонних организаций
12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года *(СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*						
12.1 Чехол утепленный ПИО-32	для взрослых	Одного типоразмера Ширина сиденья 58-60см				Изготавливается на искусственном меху, и предназначен для лиц, передвигающихся на инвалидной коляске в осенне-зимний период. Возможно изготовление по индивидуальному исполнению,в том числе для детей

13. Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске *(СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			
13.1 Защита специальная для рук, используемая инвалидом при передвижении в коляске **ПИО-31; ПИО-31-01; ПИО-31-02, ПИО-31-03**	для детей, подростков и взрослых	По индивидуальному заказу	Используется при передвижении в коляске, для предохранения кожного покрова кистей
14. Трость опорная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей (одно -, трех -, четырех- опорная)			
Трость одноопорная (СТБ 935-99; РУ № ИМ-7.108946 до 02.10.2025 г.)			
14.1 Трость нерегулируемая по высоте, металлическая с механизмом противоскольжения ТНМ-МП **ОМ-0020.00.00;-01;…-19**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, с устройством противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм (соответственно для 00…-09 и для -10…-19 исполнений). Масса – от 0,47 кг до 0,56 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и конструкции механизма противоскольжения.
14.2 Трость нерегулируемая по высоте, стеклопластиковая, без механизма противоскольжения ТНС **ОПИ-27.00.00; -01…-09 (ТНС)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из стеклопластиковой трубы диаметром 18,5 мм, высотой 800 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1120 мм (соответственно 00…-09 исполнениям). Масса – от 0,35 кг до 0,42 кг	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте.
14.3 Трость нерегулируемая по высоте, комбинированная с механизмом противоскольжения ТНК-МП **ОПИ-67.00.00; -01…-19** **(ТНК-МП)**	для взрослых и подростков	Одноопорная, нерегулируемая по высоте, комбинированная (верхняя часть стойки из трубы стеклопластиковой, нижняя – из алюминиевой трубы диаметром 22 мм), с устройством противоскольжения, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм (соответственно для 00…-09 и для -10…-19 исполнений). Масса – от 0,493 кг до 0,609 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в высоте и в конструкции механизма противоскольжения.
14.4 Трость опорная регулируемая по высоте металлическая **ОМ-0030.00.00 (ТРМ)**		Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы (профиля алюминиевого) диаметром	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

		22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм	
14.5 Трость опорная регулируемая по высоте металлическая **ОМ-0030.00.00-01; -02** **(ТРМ-МП)**		Одноопорная, регулируемая по высоте от 800 мм до 1000 мм (через 40 мм), с устройством противоскольжения, из алюминиевой трубы (профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, нижняя вставка из трубы диаметром 18 мм	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения.
14.6 Трость нерегулируемая по высоте,металлическая, без механизма противоскольжения **ЦСИЕ.03.605.00.00.00;…-09** **(ТНМ)**		Одноопорная, нерегулируемая по высоте, без механизма противоскольжения, из алюминиевой трубы (или профиля алюминиевого) диаметром 22 мм, высотой 785 мм, 825 мм, 865 мм, 895 мм, 905 мм, 945 мм, 985 мм, 1025 мм, 1065 мм, 1105 мм (соответственно исполнениям). Масса – от 0,33 кг до 0,41 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Трость трех - и четырех - опорная (СТБ 1584-2005; РУ № ИМ-7.93702/1709 до 07.09.2022 г.)			
14.7 Трость на 3-х опорах **ЦСИЕ.03.192.00.00.00; -01**	для взрослых	Трех опорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,6 кг и 1,3 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость изготавливается двух исполнений, различающихся по применению стойки трости из различных материалов - стали (исполнение 00) или алюминия (исполнение -01).
14.8 Трость на 4-х опорах **ОПИ-73.00.00; -01**		Четырехопорная, регулируемая по высоте от 750 мм до 950 мм (через 25 мм). Масса 1,75 кг и 1,5 кг.	
15. Трость тактильная для слепых и слабовидящих *(ТУ BY 100010315.067-2011; РУ № ИМ-7.103855 до 01.03.2021г.)*			
15.1 Трость тактильная ТТ **ЦСИЕ.03.224.00.00.00;…-15**	для взрослых и подростков	Изготавливается из алюминиевой трубы диаметром 14 мм, цельная, длиной 900…1250 мм через 50 мм (для исполнений 00…-06, -14, и -07…-13, -15). Масса от 0,260 кг до 0,282 кг.	Исполнения различаются конструкцией ручки.
15.2 Трость тактильная складная ТТС **ЦСИЕ.03.606.00.00.00;…** **-10**		Изготавливается из алюминиевых трубок, длиной 907…1407 мм (через 50 мм), складывается в длину 223…323 мм (через 10 мм). Масса от 0,23 кг до 0,33 кг.	Звенья изготовлены методом магнитоимпульсной штамповки. В комплект поставки входит текстильный чехол и запасной наконечник
16. Костыли индивидуального использования *(СТБ 935-99; РУ №ИМ-7.108906 до 02.10.2025 г.)****, в том числе костыли локтевые*** *(СТБ 1214-2000; РУ №ИМ-7.102926/2009 до 03.09.2025 г.)*			
16.1 Костыль детский металлический,регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00 (КДМ)**	для детей	Металлический, регулируемый по высоте через 25 мм, длина костыля от 750 до 950 мм (рост ребенка от 115 до 135 мм), без устройства противоскольжения. Масса 0,5 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

16.2 Костыль детский металлический,регулируемый по высоте **ОПИ-51.00.00-01; -02** **(КДМ-МП)**		Металлический, регулируемый по высоте через 25 мм, длина костыля от 850 до 950 мм (рост ребенка от 125 до 145 мм), с механизмом противоскольжения. Масса 0,57 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения.
16.3 Костыль взрослый металлический **- ЦСИЕ.03.129.00.00.00; -02 (КВМ)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост человека от 145 см до 177 см), без устройства противоскольжения. Масса 0,92 кг и 1,10 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Диаметр труб боковин: 18 мм – для исполнения 00; 22 мм – для исполнения -02.
16.4 Костыль взрослый металлический,регулируемый по высоте: **-ЦСИЕ.03.129.00.00.00-01;-03; - 04; -05.** **(КВМ-МП)**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост человека от 153 см до 185 см), с механизмом противоскольжения. Масса 1,10 кг, 1,22 кг, 1,16 кг, 1,28 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения и в диаметрах труб боковин:18 мм – для исполнений -01 и -04;22 мм – для исполнений -03 и -05.
16.5 Костыль подростковый металлический, регулируемый по высоте **- ЦСИЕ.03.132.00.00.00; -02 (КПМ)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост человека от 135 см до 145,5 см), без устройства противоскольжения. Масса 0,88 кг и 1,06 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Диаметр труб боковин: 18 мм – для исполнения 00; 22 мм – для исполнения -02
16.6 Костыль подростковый металлический,регулируемый по высоте **- ЦСИЕ.03.132.00.00.00-01;-03; -04; -05** **(КПМ-МП)**	для подростков	Металлический, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост человека от 143 см до 153,5 см), с механизмом противоскольжения. Масса 1,06 кг, 1,18 кг, 1,15 кг, 1,24 кг соответственно -01;-03;-04;-05 исполнениям.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения и в диаметрах труб боковин: 18 мм – для исполнений -01 и -04; 22 мм – для исполнений -03 и -05.
16.7 Костыль взрослый комбинированный,регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.133.00.00.00** **(КВК)**	для взрослых	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), без устройства противоскольжения, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1067 мм до 1382 мм (рост человека от 147 см до 182 см). Масса 1,31 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

16.8 Костыль взрослый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.133.00.00.00-01;-02 (КВК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), с устройством противоскольжения, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1142 мм до 1457 мм (рост человека от 154 см до 189 см). Масса 1,33 кг и 1,39 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения.
16.9 Костыль подростковый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.134.00.00.00** **(КПК)**	для подростков	Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), без устройства противоскольжения, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 967 мм до 1072 мм (рост человека от 137 см до 147,5 см). Масса 1,24 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
16.10 Костыль подростковый комбинированный, регулируемый по высоте **-ЦСИЕ.03.134.00.00.00-01;-02** **(КПК-МП)**		Комбинированный (боковины деревянные, стойка металлическая), с устройством противоскольжения, регулируемый по высоте через 35 мм, длина костыля от 1042 мм до 1147 мм (рост человека от 144 см до 154,5 см). Масса 1,27 кг и 1,33 кг.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – в конструкции механизма противоскольжения.
Костыль локтевой (СТБ 1214-2000; РУ № ИМ-7.102926/2009 до 03.09.2025 г.)			
16.13 Костыль локтевой **ЦСИЕ.03.805.00.00.00;** **(КЛ-МПВ) -01**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 1010 мм до 1310 мм (через 25 мм), длина нижней секции регулируется от 750 мм до 1000 мм. Длинна верхней секции регулируется от 240мм до 290мм.Масса 0,74 кг и 0,75 кг для исполнений -00 и -01 соответственно.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнение -01 – с механизмом противоскольжения (с фиксатором типа «винт»). Длина верхней секции костыля регулируется
16.14 Костыль локтевой **ЦСИЕ.30.182.00.00.00;** **(КЛ-МПВ) -01**	для взрослых	Металлический, регулируемый по высоте от 976 мм до 1251 мм (через 25 мм), длина нижней секции регулируется от 736 мм до 1011 мм. Масса 0,61 кг и 0,62 кг для исполнений -00 и -01 соответственно.	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнение -01 – с механизмом противоскольжения (с фиксатором типа «винт»). Верхняя секция костыля выполнена в виде специальной анатомической ручки.
16.15 Костыль локтевой	для	Металлический, нерегулируемый по высоте, длина нижней секции не регулируется Длина, Длина нижней Масса,	Применяется как дополнительная опора при передвижении больных с

ЦСИЕ.30.184.00.00.00;	взрослых	мм	секции, мм	кг	нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Исполнения -00…-04 – без механизма противоскольжения. Исполнения -05…-09 – с механизмом противоскольжения типа «кулачок». Исполнения -10…-14 – с механизмом противоскольжения типа «винт».
-01		1047	807	0,56	
-02		1087	847	0,57	
-03		1127	887	0,58	
-04		1157	917	0,59	
-05		1167	927	0,59	
-06		1046	806	0,56	
-07		1086	846	0,57	
		1126	886	0,58	
-08		1156	916	0,59	
-09		1166	926	0,60	
-10		1046	806	0,56	
-11		1086	846	0,57	
-12		1126	886	0,58	
-13		1156	916	0,59	
-14		1166	926	0,60	
17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей *(ТУ BY 100010315.056-2011; РУ № ИМ-7.103495 до 24.11.2020 г.)*					
17.1 Ходунки регулируемые **ЦСИЕ.03.255.00.00.00**	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки регулируемые по высоте от 800 мм до 900 мм (через 25 мм), изготавливаются из алюминиевой трубы, без опор качения. Длина (525…553)±5 мм, ширина (584…593)±5 мм, масса 1,8 кг.			Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и для приобретения навыков ходьбы в протезах.
17.2 Ходунки для взрослых **ХДВ-120-02-00.10.00**	для взрослых рост 158-190см**	Ходунки с подмышечниками на четырех опорах качения, регулируемые по высоте ((1100…1310)±10) мм (через 30 мм). Снабжены опорой для предплечья, рукояткой для рук. Ширина (710±10) мм, длина (900±10) мм, масса 21 кг. Подмышечники регулируются по высоте. Регулировка опоры для предплечий 530…645 мм по ширине и подмышечников по ширине 380…495 мм бесступенчатая.			Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

17.3 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции до 7 лет **ЦСИЕ.03.217.00.00.00**	для детей от 4 до 7 лет рост 95-125 см**	Ходунки на четырех опорах качения снабжены опорой для предплечья, подмышечниками с регулировкой по высоте 154…254 мм (через 15 мм), ремнем-подхватом для фиксации ног при ходьбе, столом. Ширина 640 мм, длина от ((880…916)±10) мм, масса 12 кг. Регулировка ходунков по высоте бесступенчатая от (620±10) мм до (922±10) мм. Регулировка подмышечников 207…347 мм и опоры для предплечий 323…485 мм по ширине бесступенчатая	Для передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
17.4 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 1 года до 5 лет **ЦСИЕ.03.519.00.00.00**	для детей до 5 лет рост 75-115 см**	Ходунки из алюминиевых труб на опорах качения снабжены опорой туловища в виде обруча с регулировкой по высоте от 670 мм до 830 мм (через 20 мм) до подмышек, ручкой регулируемой по длине, ремнем-подхватом и ограждением для предотвращения скрещивания ног при ходьбе. Ширина ходунков 514 мм, максимальная длина 764 мм, масса 9 кг.	Для передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
17.5 Ходунки для детей с нарушением двигательной функции от 6 до 10 лет **ЦСИЕ.03.646.00.00.00**	для детей от 6 до 10 лет рост 120-140 см**	Ходунки имеют четыре опоры качения. Снабжены съемным столиком, регулируемым по высоте от 790 мм до 965 мм, ремнем-подхватом. Подмышечная опора в виде замкнутого прямоугольника, регулируется по высоте от (810±10) мм до (1010±10) мм. Регулировка ходунков по высоте ((890…1065)±10) мм. Ширина ходунков (646±10) мм, длина (1050±10) мм, масса 14,0 кг	Для передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
17.6 Ходунки для детей больных ДЦП в возрасте от 5 до 10 лет **ЦСИЕ.03.151.00.00.00**	для детей от 5 до 10 лет рост 105-130 см**	Ходунки регулируемые по высоте от 477 мм до 602 мм (через 25 мм), изготавливаются из алюминиевой трубы, без опор качения. Длина (415…462) мм, ширина (444…480) мм, масса 1,4 кг.	Для передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
17.7 Ходунки трехколесные с тормозами **ЦСИЕ.03.233.00.00.00**	для взрослых и подростков рост 158-190 см**	Ходунки оснащены тормозами, регулируются по высоте бесступенчато за счет выдвижных ручек от (750±10) мм до (980±10) мм. Ширина ходунков 654 мм, длина (520…597) мм, масса 7,8 кг	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
17.8 Ходунки с подмышечниками	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки снабжены четырьмя опорами качения. Регулировка подмышечников до 160 мм от исходного положения (через 20 мм), стойки – до 120 мм	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного

ЦСИЕ.03.212.00.00.00; -01		(высота от пола до рукояток от 783 мм до 903 мм). Минимальная высота ходунков 1200 мм, максимальная – 1460 мм (регулировка через 20 мм). Ширина ходунков (720±10) мм и (690±10) мм, длина (745±10) мм, масса 12,3 кг и 12,0 кг.	аппарата. Различие исполнений – по ширине
17.9 Ходунки на колесиках **ЦСИЕ.03.208.00.00.00**	для взрослых рост 158-190 см	Ходунки на двух передних опорах качения, регулируемые по высоте от (800±5) мм до (900±5) мм (через 25 мм), ширина (644…650±5) мм, длина (540…568±5) мм, масса 2,5 кг	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и для приобретения навыков ходьбы в протезах.
17.10 Ходунки 4-х колесные с тормозами **ЦСИЕ.03.245.00.00.00; -01**	для взрослых рост 158-190 см**	Два задних колеса снабжены тормозами. Имеется сиденье для отдыха. Регулировка по высоте 750…915 мм бесступенчатая. Ширина (594±10) мм и (734±10) мм, длина (685±10) мм, масса 8,5 кг и 9,3 кг	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Различие исполнений – по ширине
17.11 Ходунки 4-х колесные с тормозами **ЦСИЕ.30.215.00.00.00;-01**	для взрослых рост 158-190 см**	Два задних колеса снабжены тормозами. Имеется сиденье для отдыха, упор для спины, съемная корзина для вещей. В ходунках исполнения -00 имеется складная подножка. Регулировка по высоте (780…1000)±10) мм. Ширина (610±10) мм, длина (677±10) мм, масса 13 кг и 12,2 кг	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В ходунках исполнения -00 имеется складная подножка и возможность переустановки положения упора для спины (спереди или сзади ходунков). Ходунки исполнения -01 имеют упрощенную конструкцию (отсутствует подножка; упор для спины устанавливается только спереди ходунков).
17.12 Ходунки с опорой на предплечье, складные, на опорах качения **ЦСИЕ.03.335.00.00.00**	для взрослых рост 158-190 см**	Ходунки имеют два поворотных и два неповоротных колеса. Опора для предплечья регулируется по высоте 970…1200 мм. Имеется сиденье для кратковременного отдыха и крючки для перевозки малогабаритного груза. Ходунки складываются по ширине. Минимальная высота ходунков 1092 мм, максимальная – 1322 мм, ширина (636±10) мм, длина (805…895) мм, масса 13,5 кг.	Для самостоятельного передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая
17.13.Ходунки четырехколесные с тормозами ЦСИЕ.30.490.00.00.00	Для взрослых	Ходунки имеют габаритные размеры: длина (705±10) мм; ширина (630±10) мм; высота (740...1020) мм. Масса ходунков - не более 8,3 кг, сумки - не более 0,3 кг.	Ходунки из алюминиевых труб, снабжены ручным тормозом, оснащены съёмной корзиной для вещей. Ходунки складываются по ширине, используются в помещении и по

		Грузоподъемность сумки - 5кг. Номинальная масса пользователя - 150 кг.	дорогам с твёрдым и ровным покрытием.
17.14 Ходунки регулируемые складные ЦСИЕ.30.600.00.00.00 **-01**	Для взрослых	Ходунки складываются по ширине. Номинальная масса пользователя до 100 кг. Длина (464...495) ±10 мм; Ширина (587...607) ±10 мм; Масса не более 2,65 кг - для исполнения -01: Длина (476...507) ±10 мм; Ширина (632...653) ±10 мм; Масса не более 2,9 кг.	Ходунки из алюминиевых труб, регулируемые по высоте, складные, на двух передних опорах или опорах качения, используются в помещении.
18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску *(ТУ BY 100010315.075-2015, РУ № ИМ-7.103298/2011 до 11.11.2025 г.)*			
18.1 Стол съемный к кресло-коляске **ЦСИЕ.10.003.00.00.00…-07** (применяемость - см. Приложение 1)	для взрослых	Длина – (700…960) мм, высота – (163…175) мм. Размеры столешницы: ширина – 600 мм, длина 500 мм. Масса – 3,8 кг.	Устанавливается на комнатное кресло-коляску и на кресло функциональное для приема пищи, чтения и письма. Различие исполнений – в зависимости от ширины сиденья кресла-коляски, на которую устанавливается стол.
18.2 Стол для кресло-коляски ОПИ-45.00.00.000 **ЦСИЕ.03.717.00.00.00**	для детей	Максимальная длина – 593 мм, высота – 147 мм. Размеры столешницы: ширина –520 мм, длина 500 мм. Масса – 3,8 кг.	Устанавливается на кресло-коляску комнатное для детей ОПИ-45.00.00.000 для приема пищи, чтения и письма
18.3 Стол для кресло-коляски ЦСИЕ.03.271.00.00.00 **ЦСИЕ.03.718.00.00.00**	для детей	Максимальная длина – 593 мм, высота – 161 мм. Размеры столешницы: ширина – 520 мм, длина 500 мм.Масса – 3,8 кг.	Устанавливается на кресло-коляску прогулочное для детей ЦСИЕ.03.271.00.00.00 для приема пищи, чтения и письма
19. ***Стул для детей со спинно-мозговой патологией*** *(СТБ 1594-2005; РУ № ИМ-7.107503 до 28.05.2024 г; РФ, от 03.09.2020 № РЗН №2020/11848 - бессрочно)*			
19.1 Стульчик для детей, начинающих ходить		Снабжен валиком для разведения ног, регулируемой бесступенчато подножкой по высоте и углу наклона, страховочным ремнем, поворотными колесными опорами с тормозными механизмами.	Предназначен для детей с ДЦП. Различие исполнений по ширине сиденья и высоте спинки.

Ширина сиденья, мм	Высота, (Н±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина, (В±10) мм	

15.99.033.00.00.000 **-01** **-02** Исполнения оснащены поворотными колесными опорами с тормозными механизмами : **-03** **-04** **-05**	для детей рост: 89-104 см 81-97 см 76-91 см	280 280 240 280 280 240	670 580 480 670 580 480	470 406 380 470 406 380	360 360 350 360 360 350	
19.2 Стул для занятий **15.99.034.00.00.000;** **-01** Исполнения оснащены поворотными колесными опорами с тормозными механизмами : **-02** **-03**	для детей рост 104-163 см	Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотники и подножка регулируются по высоте, и изменяется угол наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона - бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Высота – (860±10) мм и (1050±10) мм, длина (835±10) мм, ширина (510±10) мм. Ширина сиденья –400 мм. Масса 16кг и 17 кг.			Предназначен для детей с ДЦП. Различие исполнений – по высоте спинки, оснащении поворотно колесными опорами с тормозными механизмами.	
19.3 Стул для занятий **ЦСИЕ.03.202.00.00.00;** **-01** Исполнения оснащены поворотными колесами **-02** **-03**	для детей рост 104-163 см	Регулируется по глубине сиденья. Спинка имеет регулировку угла наклона, мягкую накладку. Подлокотники и подножка регулируются по высоте, и изменяется угол наклона. Регулировка подножки по высоте и углу наклона – бесступенчатая. Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Снабжен съемным столиком, установленным на подлокотниках. Высота – (860±10) мм и (1050±10) мм, длина (847...884±10) мм, ширина (560±10) мм. Ширина сиденья – 370 мм. Масса - 19/20/19/20 кг			Предназначен для детей с ДЦП. Различие исполнений – по высоте спинки и оснащении поворотно колесными опорами с тормозными механизмами.	
19.4 Стул для детей с ДЦП **БРС 11.00.00.000**	для детей рост до 112 см	На спинке расположены регулируемые ограничители головы с обеих сторон. Подножка регулируется по высоте и углу наклона. Ширина 520 мм, длина (700…810) мм, высота (830…900) мм, масса- 19,2 кг. Ширина сиденья – 340 мм.			Предназначен для детей, больных ДЦП, ростом до 112 см (преимущественно до 6 лет). Все элементы стульчика регулируются бесступенчато. Снабжен спинкой с регулируемым углом наклона. Имеются страховочные ремни, регулируемые подлокотники, на которых расположен съемный	

Исполнение оснащено поворотными колесными опорами с тормозными механизмами : **БРС 11.00.00.000-01**		длина – (670…780±10) м ширина – (520±5) мм; высота – (900…970±10) мм.,ширина сиденья -340±5мм.,масса -21,5 кг.Номинальная нагрузка не более 50кг.	столик . Стул БРС11.00.00.000-01для удобства перемещения оснащен пятью поворотными колесами с тормозами
20. Приспособления для удержания в стоячем и (или) в сидячем положении детей со спинно-мозговой патологией *(СТБ 1594-2005; РУ № ИМ-7.107503 до 28.05.2024 г.)*			
20.1 Стенд-стойка **ЦСИЕ.03.140.00.00.00**	для детей рост 105-130** см	Снабжен регулируемым по высоте столиком. Высота (786…986) мм, длина 746 мм, ширина 620 мм, масса 25 кг. Все опоры регулируются по высоте. Регулировка упора грудного отдела через 15 мм. Остальные подвижные узлы регулируются бесступенчато.	Предназначена для удержания ребенка в вертикальном зафиксированном положении за счет опор на грудной и спинной отделы, тазобедренные и коленные суставы.
20.2 Столик с подъемником универсальный (для детей дошкольного возраста) **СО.60.1.000.00**	для детей рост 100-120**	Ширина стола (646±10) мм, длина (1250±10) мм, высота (1310±10) мм, масса 40 кг. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая.	Предназначен для фиксации в вертикальном положении ребенка с ДЦП с опорой на спину. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками, ремень для ног. Для удобства положения ребенка платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90º от вертикального положения.
20.3 Столик с подъемником универсальный (для детей младшего школьного возраста) **СО.60.2.000.00**	для детей рост 115-165**	Ширина стола (720±10) мм, длина (1450±10) мм, высота (1710±10) мм, масса 43 кг. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая.	
20.4 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей дошкольного возраста) **СО.60.3.000.00**	для детей рост 100-120**	Ширина стола 600 мм, длина 1035 мм, высота 1160 мм. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая.	Предназначен для фиксации в вертикальном положении ребенка с ДЦП с опорой на грудную клетку. Имеет регулируемое по высоте устройство для фиксации ног, тазобедренную опору, регулируемую по высоте подножку с подпяточниками. Для удобства положения ребенка платформа имеет возможность изменения угла наклона до 90º от вертикального положения.
20.5 Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей младшего школьного возраста) **СО.60.4.000.00**	для детей рост 115-160**	Ширина стола 790 мм, длина 1185 мм, высота 1384 мм, масса 38 кг. Регулировка всех подвижных узлов бесступенчатая.	
20.6 Сиденье угловое			Предназначено для детей с ДЦП. Устанавливается на пол.

напольное *(РФ, от 03.09.2020 № РЗН №2020/11848 - бессрочно)*					Снабжено страховочным ремнем, мягкими элементами и валиком для разведения ног и поворотными колесными опорами с тормозным механизмом.	
15.99.035.00.000		Ширина сиденья (±10) , мм	Высота, (Н±10) мм	Длина, (L±10) мм	Ширина, (В±10) мм	
-01	для детей рост до: 94 см	340	380	390	435	
-02	117	390	580	440	490	
	117см	390	640	440	530	
Масса сиденья: 3,6 кг/5,3кг/6,8 кг						
20. Матрац специальный противопролежневый или система противопролежневая						
21.1 Матрац специальный или система противопролежневая	для взрослых				БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счет закупки у сторонних организаций	
22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская») *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022г.)*						
22.1 Перекладина подъемная к кровати металлической:		Крепится к спинке кровати. Ширина – 900 мм, высота – 1500 мм.				
		Длина, мм	Масса, кг			
ОПИ-101.00.00		2328	15,90		Служит для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота в кровати, вытяжении больных суставов и разработки нижних конечностей самим больным. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу	
-01	для взрослых	2318	15,85			
-02		2268	15,81			
-03		2268	15,82			
-04		2228	15,74			
-05		2208	15,00			
-06		2228	15,74			
-07		2128	14,78			
-08		2268	15,87			
22.2 Перекладина подъемная к кровати деревянной:	для взрослых	Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм.			Служит для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота в кровати, вытяжении больных	
		Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг		

ОПИ-103.00.00 **-01** **-02** **-03** **-04** **-05** **-06** **-07** **-08** **-09** **-10** **-11** **-12** **-13** **-14** **-15** **-16**		2520 2370 2370 2370 2340 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2240 2210 2370 2370 2170 2200	958 1118 848 748 1468 1378 1156 1115 1136 958 718 1048 1088 768 1048 1848 898	38,2 35,8 32,9 31,7 38,4 37,8 35,3 35,2 37,0 36,7 32,2 34,0 33,8 32,8 33,6 41,2 32,4	суставов и разработки нижних конечностей самим больным. В зависимости от конструкции и размеров кровати могут изготавливаться по индивидуальному заказу
22.2 Перекладина подъемная к кровати деревянной: **ОПИ-103.00.00М**	для взрослых	Крепится к спинке кровати. Высота – 1496 мм, ширина регулируется от 958 мм до 1408 мм; длина регулируется от 2150 мм до 2550 мм.			Служит для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота в кровати, вытяжении больных суставов и разработки нижних конечностей самим больным. Регулируется (ступенчато) по ширине и длине в зависимости от габаритных размеров кровати больного.
23. Столик прикроватный *(ТУ BY 100010315.054-2010; РУ № ИМ-7.97000/2010 до 22.10.2025 г.)*					
23.1 Столик прикроватный **7800-0162.00.00**	для взрослых, подростков и детей	Для передвижения снабжен колесиками, имеет регулировку по высоте. Длина – 753 мм, ширина – (398±5) мм, высота – (671…971)±5)) мм.			Предназначен для обслуживания в кровати больных, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
24. Поручни для туалета, ванной и душевой *(СТБ 1426-2003; РУ № ИМ-7.105477 до 06.07.2022г.)*					
24.1 Поручень к унитазу **ОПИ-110.00.00; -01**	для взрослых	Исполнение правое и левое. Крепится с одной или с двух сторон унитаза. Длина – 548 мм, ширина – 235 мм, высота – 750 мм, масса - 3,1 кг.			Применяется в качестве опорного приспособления при посадке и вставании с унитаза.

24.2 Поручень **ОПИ-87.00.00**	для взрослых и детей	Крепится с двух сторон раковины. Длина – 450 мм, высота – 325 мм, масса – 1,6 кг.	Применяется в качестве опорного приспособления при умывании.
24.3 Поручень поворотный для ванны **ОПИ-99.00.00**		Крепится на стену в ванной, располагается вдоль стены. При использовании поворачивается перпендикулярно ванне и фиксируется. Длина – 825 мм, ширина – 481 мм, масса – 3,85 мм.	Применяется в качестве опорного приспособления при приеме ванны.
24.4 Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых **ОПИ-98.00.00;-01**	для взрослых	Сиденье при необходимости откидывается параллельно стене. Для дополнительной опоры совместно с сиденьем на стены крепятся поручни. Ширина сиденья – 490 мм, масса – 10,1 кг. Исполнение-01 поручнем не комплектуется	Применяется в качестве опорного приспособления для душевых комнат.
24.5 Поручень **ЦСИЕ.03.710.00.00.00** **-01** **-02** **-03** **-04**	для взрослых и детей	Длина, мм / Масса, кг 345 / 0,65 450 / 0,81 575 / 1,00 1075 / 1,73 750 / 1,25	Предназначен для дополнительной опоры и устанавливается в различных помещениях.
24.6 Поручень в коридор* **ЦСИЕ.03.711.00.00.00**	для взрослых и детей	Длина поручня – согласно индивидуальному заказу.	Предназначен для дополнительной опоры и устанавливается в различных помещениях.
25. Приспособление кроватное опорное *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022г.)*			
25.1 Приспособление кроватное опорное **ЦСИЕ.03.156.00.00.00**	для взрослых и детей	Регулировка угла наклона 30°, 45°, 60° и 75°. Длина – (608±5) мм, ширина – 806 мм, масса – 3,5 кг.	Служит для поддержания туловища и головы в определенном положении лежа на кровати.
26. Приставка к унитазу *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022г.)*			
26.1 Приставка к унитазу **ЦСИЕ.03.168.00.00.00; -01**	для взрослых	Длина – (420±10) мм, ширина – (520±10) мм, высота – (700±10) мм и (750±10) мм, масса – 4,7 кг и 4,9 кг.	Служит в качестве опоры при пользовании унитазом. Различие исполнений – по высоте
27. Сиденье для ванны *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477до 06.07.2022г.)*			
27.1 Сиденье для ванны **ЦСИЕ.03.169.00.00.00; -01**	для взрослых и детей	Устанавливается в ванну. Длина – (495±5) мм, ширина – (678±5) мм и (766±5) мм, высота – (300±5) мм, масса 5,5 кг и 5,62 кг.	Служит для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Различие исполнений – по ширине. Сиденье и спинка изготавливаются из пиломатериалов лиственных пород.
27.2 Сиденье для ванны	для взрослых	Устанавливается в ванну. Длина – (450±3) мм, ширина – (676±5) мм,	Служит для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Сиденье и

ЦСИЕ.03.720.00.00.00	и детей	высота – (303,5±3) мм, масса – 4,9 кг.			спинка изготавливаются из высокопрочных полимеров.
28. Приспособление для туалета для взрослых *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022 г.)*					
28.1 Приспособление для туалета (для взрослых) **ЦСИЕ.03.171.00.00.00** **-01** **-02**	для взрослых	Ширина – (368±5) мм.			Применяется в туалетах, не оборудованных унитазами. Различие исполнений – по высоте.
		Длина, (L±5) мм	Высота, мм	Масса, кг	
		483 490 500	500 540 600	2,3 2,4 2,5	
28.2. Приспособление для туалета со спинкой *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022 г.)*					
28.2 Приспособление для туалета со спинкой **ЦСИЕ. 30.365.00.00.00** **-01**	для взрослых	Ширина – (453±5) мм.			Применяется в туалетах оборудованных и не оборудованных унитазами , для пользователей с затруднениями сгибания -разгибания коленных и тазобедренных суставов .
		Длина, (L±5) мм	Высотам м	Масса кг	
		501 510	799 949	5,6 5,8	
29.Приспособление для туалета для детей (СТБ 1594-2005 *РУ № ИМ-7.107503 до 28.05.2024 г.)*					
29.1 Стульчик для туалета (рост от 97 до 122 см) **ЦСИЕ.03.367.00.00.00**	для детей рост от 97 см до 122 см	Высота – не более 900 мм, ширина – 470 мм, длина – не более 880 мм. Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 332 мм.		11,5	Предназначен для размещения в нем ребенка младшей возрастной группы с ДЦП для выполнения им естественных надобностей. Стул снабжен столом, матрацем, боковыми подушками, креплениями для ног и регулируемой по углу наклона спинкой. Изготовлен из металлической рамы с деревянным сиденьем и спинкой с мягкими элементами.
29.2 Стульчик для туалета (рост от 112 до 139 см) **ЦСИЕ.03.368.00.00.00**	для детей рост от 112 см до 139 см	Высота – не более 980 мм, ширина – 470 мм, длина – не более 940 мм. Высота сиденья от пола регулируется от 260 мм до 380 мм.		13,5	
29.3 Стульчик для туалета (рост от 127 до 160 см) **ЦСИЕ.03.369.00.00.00**	для детей рост от 127 см до 160 см	Высота – 1250 мм, ширина – 590 мм, длина – 1130 мм. Высота сиденья от пола регулируется от 345 мм до 465 мм.		15,5	
30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для купания), кисть косметическая (*СТБ 932-2008 РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.)*					

30.1 Протез основной на верхнюю и нижнюю конечность	Для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При ампутации верхних и нижних конечностей различных уровней
30.2 Протез лечебно-тренировочный на верхнюю и нижнюю конечность			Для формирования культи и стабилизации размеров, обучения пользованию протезом.
30.3 Протез рабочий на верхнюю конечность			Для выполнения определенных видов работ на производстве и в быту
30.4 Протез рабочий на нижнюю конечность			Для удобства перемещения во время производственной деятельности
30.5 Протез для купания на нижнюю конечность			Для принятия водных процедур в протезе
30.6 Кисть косметическая			БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счет закупки у сторонних организаций
31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы, обувные вставки, сапожки Дикуля и др. изделия, кроме стелек-супинаторов, стелек ортопедических)			
31.1 Аппараты верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях и для послеоперационного лечения верхних и нижних конечностей
31.2 Ортезы верхних и нижних конечностей СТБ 932-2008; *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			
31.2 Туторы верхних и нижних конечностей *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			
31.3 Наколенники *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях и для послеоперационного лечения верхних и нижних конечностей
31.4 Обувные вставки, в том числе:	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	
31.4.1 Вкладное ортопедическое приспособление при дефектах переднего отдела стопы *ТУ РБ 03198611.005-94 РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			При относительно длинных полностью опороспособных культях стопы
31.4.2 Вкладной ортопедический туфелек *ТУ РБ 03198611.005-94 РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			При длинных опорных культях стопы

31.4.3 Вкладной ортопедический башмачок *ТУ РБ 03198611.005-94 РУ № ИМ-7.5431/2012 - бессрочно*			При средних частично опорных в эквинусной и эквино-варусной установке культях стоп и др.
31.5 Сапожки Дикуля *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для обучения ходьбе при спинно-мозговой травме с повреждением спинного мозга
31.6 Повязки эластичные на голеностоп *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 0 по 9 размер	При растяжении связок голеностопного сустава, воспалительных заболеваниях и повреждениях голеностопного сустава и др.
32 Ортезы на позвоночник (корсеты, реклинаторы, пояса радикулитные и другие изделия)			
32.1 Корсеты, в том числе:			
32.1.1 Корсеты фиксирующие из различных материалов (*СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.20205г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
32.1.2 Лечебный корсет-грация *ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№9)*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.3Корсет текстильный высокий комбинированный *ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№9)*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.4 Корсет-бандаж текстильный высокий комбинированный *ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№9)*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.5 Корсет-бандаж *ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№ 9)*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При заболеваниях позвоночника, нижних отделов в сочетании с опущением внутренних органов, диастазе прямых мышц живота, в послеоперационный период
32.1.6 Корсеты функционально коррегирующие, коррегирующи из различных материалов *СТБ 932-2008; РУ №ИМ-7.5562/2011*			Для фиксации позвоночника при консервативном лечении

до 11.11.2025г.			
32.1.7 Корсет-головодержатель, головодержатель *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г*			При врожденной мышечной кривошее при лечении консервативными и хирургическими методами, нарушениях мышечного равновесия в шейном отделе, после травм шейного отдела позвоночника
32.2 Реклинаторы *СТБ 932-2008;* *РУ №ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам 0 по 8 размер	Для пациентов с начальными формами нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций
32.3Корректоры осанки *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для пациентов с начальными формами нарушения осанки и легких нефиксированных деформаций
32.4 Пояса радикулитные *ТУ РБ 03198611.006-94;* *РУ № ИМ-7.5433/1611 до 01.11.2021г.*	для взрослых	По индивидуальным заказам с 0 по 15размер	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
32.5 Пояса-ремни фиксирующие на различные отделы позвоночника *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для фиксации позвоночника при консервативном и послеоперационном лечении
32.6 Пояса эластичные при переломе ребер, пояса для фиксации грудной клетки *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			При ушибах грудной клетки и грудного отдела позвоночника, при межреберной невралгии, переломе ребер и после оперативного лечения и др.
33. Протезы молочной железы с лифами			
33.1 Протезы молочной железы *ТУ РБ 03198611.011-96;* *РУ №ИМ-7.5442/1707 до 05.07.2022г*	для взрослых	С 0 по 12 размер	После мастектомии
33.2 Лиф-бюстгальтер для крепления протеза молочной железы, лиф-полуграция для крепления протеза грудной железы *ТУ РБ 03198611.009-96;* *(на регистрации изм.№9)*	для взрослых	По индивидуальным заказам	Для крепления протезов молочной железы
34 Изделия для консервативного лечения приобретенных и врожденных деформаций у детей			

(абдукционные трусики, распорки, шины и др. изделия)			
34.1 Абдукционные трусики *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025 г.*	для детей	По индивидуальным заказам с 0 по 36 размеры	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.2 Стремянка при врожденном вывихе бедра *СТБ 932-2008;РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.3 Шина МНИИТО *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 0 по 4 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.4 Шина Виленского *СТБ 932-2008;РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 6 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.5 Шина БелНИИТО *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 0 по 4 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.6 Шина Ситенко *СТБ 932-2008;РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.7 Абдукционная подушка Фрейка *СТБ 932-2008;РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 14 по 36 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.8 Распорка модифицированная *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.9 Распорка с креплением *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 6 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.10 Ортез для лечения дисплазии тазобедренных суставов *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.11 Распорка регулируемая *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		По индивидуальным заказам с 1по 3 размер	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.12 Аппарат Мерзоевой *СТБ 932-2008; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для детей	По индивидуальным заказам	Для лечения дисплазии тазобедренных суставов и др. у детей
34.13 Устройство для	для	Устройство включает металлический каркас, к которому крепятся детские	Используется в ортопедии и травматологии в раннем

лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 *(СТБ 932-2008, ТО BY 100010315.327-2013; РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.)*	детей	ортопедические ботиночки. Регулируется угол положения ботиночек по шкалам, нанесенным на подстопниках устройства. Ботиночек имеет специальное отверстие для наблюдения положения стопы ребенка			консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте.	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00 **-01** **-02** **-03**		Размеры без ботинок, мм	Масса, кг		Расстояние разведения ног ребенка, мм	
		Длина	Ширина			
		240…295	100	0,50	187...240	
		280…335	100	0,57	227…283	
		320…375	115	0,63	267…323	
		360….417	115	0,70	307…365	
35. Спецрукавицы (спецперчатки)						
35.1Спецрукавицы (спецперчатки) при ампутациях и дефектах кистей *ТУ BY 100010315.065-2010;* *РУ № ИМ-7.96565/2012 - бессрочно*	для взрослых	По индивидуальным заказам			При ампутациях и дефектах кистей	
36. Ортопедическая обувь						
36.1 Ортопедическая обувь *ТУ BY 100010315.076-2019* *РУ № ИМ-7.5434/1908 до 23.08.2024г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам			При деформациях и дефектах стоп, на протез.	
36.2Профилактическая обувь* *ТУ BY 100010315.076-2019* *РУ № ИМ-7.5434/1908 до 23.08.2024г.*		По типоразмерам половозрастных групп			В целях предупреждения развития патологических отклонений в стопе и защиты от статических нагрузок.	
36.3 Стельки ортопедические* (*СТБ 933-2008; РУ № ИМ-7.102732/2012 - бессрочно*		По индивидуальным заказам, по типоразмерам половозрастных групп			При патологических отклонениях стоп или в целях предупреждения развития таких отклонений	
37 Изделия бандажные (бандажи: лечебный, почечный, для больных с искусственным анусом, лечебный женский, лечебный детский, послеоперационный, грыжевой паховый, грыжевой паховопупочный, пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный, бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения)						

37.1 Бандаж лечебный, лечебный детский *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При опущении внутренних органов, при вентральных послеоперационных грыжах
37.2 Бандаж почечный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*			При опущении почек
37.3 Бандаж для больных с искусственным анусом *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*			В послеоперационный период для больных с искусственным анусом
37.4 Бандаж лечебный женский *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При опущении органов малого таза, стенок влагалища, выпадении матки
37.5 Бандаж послеоперационный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых и детей		В послеоперационный период при наличии неокрепших послеоперационных рубцов, рубцов после вторичного заживления ран с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов, при обширных грыжах брюшной стенки.
37.6 Бандаж грыжевой паховый *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*			При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон.
37.7 Пояс-бандаж лечебный грыжевой пупочный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для удержания пупочной и вентральной грыжи.
37.8 Бандаж грыжевой пахово-пупочный *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых	По индивидуальным заказам	При наличии паховой грыжи с одной или двух сторон в сочетании с пупочной (вентральной) грыжей.
37.9 Бандаж-пояс при расхождении лонного сочленения *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*			При возникновении расхождения костей лонного сочленения (симфеза), при травмах таза с нарушением целостности тазового кольца
37.10 Бандаж, пояс-бандаж дородовые* *СТБ 958-2008; РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*	для взрослых	По индивидуальным заказам	В период беременности для предупреждения излишнего растяжения мышц брюшной стенки
37.11 Бандаж послеродовый*			В послеродовый период для поддержания растянутых мышц

СТБ 958-2008; *РУ № ИМ-7.102302/1610 до 06.10.2021г.*			брюшной стенки, для ускорения сокращения мышц
38. Изделия ортопедические (обтураторы, сиденье кожаное, подколенник кожаный, спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей, чулки-ползунки, приспособление для поддержания нижних конечностей, суспензорий)			
38.1Обтураторы *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	При дефектах черепа и грудной клетки различной этиологии
38.2 Сиденье кожаное *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			Для пациентов с выявленными противопоказаниями для сложного протезирования, имеющих ампутационные дефекты на уровне бедер, начиная от экзартикуляции а тазобедренных суставах
38.3 Подколенник кожаный (*СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей	По индивидуальным заказам	Для пациентов при двусторонней ампутации голеней , с выявленными противопоказаниями для протезирования
38.4 Спецбрюки при парной ампутации нижних конечностей (*СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых		При двусторонней ампутации нижних конечностей, в случае противопоказаний к протезированию, также к протезам при двусторонней экзалькуляции в тазобедренных суставах
38.5 Чулки-ползунки *СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*	для взрослых и детей		При наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих устранению
38.6 Приспособление для поддержания нижней конечности (*СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*			Для разгрузки тазобедренного сустава с целью создания условий для формирования головки тазобедренного сустава.
38.7 Стяжки* (*СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		С 17 по 22 размер	Для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения распластанности, а также до- и после- хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей и др.
38.8 Подушки абдукционные , поддерживающие повязки с подушкой* (*СТБ 932-2008;* *РУ № ИМ-7.5562/2011 до 11.11.2025г.*		Одного типоразмера	Для поддержания и отведения плечевого сустава после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече, вывихе плеча, артрозе, миозите, при ушибах, повреждении связок и др.
38.9 Суспензорий	для взрослых	По индивидуальным заказам	При пахово-мошоночных грыжах

(ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№ 9)					(не вправляемых) варикоцеле и др.
57. **Приспособление для купания детей с ДЦП** *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022 г. РФ, от 21.02.2020 № РЗН 2020/9685 - бессрочно)*					
57.1 Приспособление для купания детей с ДЦП **ЦСИЕ.03.886.00.00.00**	для детей (до 50кг) рост до: 92 см	Устанавливается внутрь ванны			Предназначено для облегчения купания детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в ванне. Каркас изготовлен из трубы из полимерных материалов; спинка и сиденье - из водоотталкивающей ткани, пропускающей воду.
-01 **-02**		Глубина сиденья, (L±5) мм	Ширина сиденья, мм	Высота спинки, (H±5) мм	
		220	298	520	
	127 см	300	334	660	
	173 см	370	352	810	
58. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов					БПОВЦ обеспечивает инвалидов за счёт закупки у сторонних организаций
58.1 Захват для надевания рубашек (одежды)	для взрослых и детей				При выраженных нарушениях статодинамической функции одной верхней конечности при: выраженном парезе верхней конечности; деформации верхней конечности (анкилозы, контрактуры суставов, ложные суставы); ампутации верхней конечности
58.2 Захват для надевания носков	для взрослых и детей				При выраженных нарушениях способности к самообслуживанию: затруднены или невозможны наклоны туловища вперед
58.3 Приспособления для застегивания пуговиц					При нарушении моторики пальцев рук
58.4 Захват активный					При стойко выраженных, значительно выраженных нарушениях статодинамических функций нижних конечностей (приводящие к необходимости пользования креслом-коляской, ходунками)
58.5 Захват для удержания посуды					При умеренных и выраженных нарушениях статодинамической функции обеих верхних

			конечностей, выраженные нарушения статодинамической функции одной верхней конечности
58.6 Специальный захват для открывания банок, бутылок			При нарушении моторики пальцев рук
58.7 Специализированные вилка, ложка, нож			При умеренных, выраженных, значительно выраженных нарушениях моторики пальцев и кистей обеих верхних конечностей
59.Купальник (купальный костюм) для крепления протеза молочной железы			
59.1 Купальник для крепления протеза молочной железы *(ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№9)*	для взрослых	По индивидуальным заказам	Для крепления протезов молочной железы
59.2 Купальный костюм для крепления протеза молочной железы *(ТУ РБ 03198611.009-96; (на регистрации изм.№9)*			
60. Ступеньки к ванне *(СТБ 1426-2003; РУ №ИМ-7.105477 до 06.07.2022г.)*			
60.1 Ступеньки к ванне **ЦСИЕ.03.891.00.00.00**	Для взрослых и детей	Устанавливается перед ванной. Длина – 430 мм, ширина – 385 мм, высота – 175,5 мм, масса – 3 кг.	Служат для облегчения подъема в ванну больных и инвалидов. Изготавливаются из алюминиевых труб диаметром 25 мм и пиломатериалов лиственных пород.
60.2 Ступеньки к ванне **ЦСИЕ.03.892.00.00.00**		Устанавливаются перед ванной. Длина – (658±10) мм, ширина – (385±10) мм, высота – (326±10) мм, масса – 5,5 кг.	

Примечания.
***) Выпускаемые технические средства социальной реабилитации не предусмотрены для выдачи на льготных условиях согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь №1722 от 11.12.2007 г.**
****) Справочно.**

Приложение 1

Обозначение стола	Ширина сиденья кресла коляски, мм	Применяемость
ЦСИЕ.10.003.00.00.00	380	ЦСИЕ.03.357.00.00.00 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.298.00.00.00 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-04, ЦСИЕ.03.697.00.00.00, ЦСИЕ.03.698.00.00.00
-01	410	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-01 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-01
-02	440	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-06, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-02, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-02
-03	470	ЦСИЕ.03.357.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.357.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.298.00.00.00-03 и ЦСИЕ.03.298.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.697.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.698.00.00.00-03
-04	380	ЦСИЕ.03.750.00.00.00 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-01, ЦСИЕ.03.800.00.00.00 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-01
-05	410	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-03, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-03
-06	440	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-05, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-04 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-05
-07	470	ЦСИЕ.03.750.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.750.00.00.00-07, ЦСИЕ.03.800.00.00.00-06 и ЦСИЕ.03.800.00.00.00-07

Начальник КО с ОП С.А.Бриков

Начальник ТО Н.Ю. Барсукова